

NOTIFICARE URGENTĂ PRIVIND SIGURANȚĂ ACTUALIZARE



Data trimiterii scrisorii

Nr. ref. GE HealthCare 32097-3

Către: Director de Inginerie Biomedicală
Director de Neonatologie/L și D/Manager de asistenți medicali
Manager de Risc/Administrator Spital

SUBIECT: **Actualizare la comunicarea GE HealthCare: Ușă încălzitor pentru anumite dispozitive
Giraffe OmniBed și Giraffe OmniBed Carestation**

Stimate Client,

GE HealthCare a constatat de curând că alte câteva produse sunt afectate de Notificarea Urgentă de Siguranță anexată (Nr. ref. 32097 și 32097-2). Prin urmare, GE HealthCare a actualizat Listele produselor afectate pentru a include suplimentar dispozitivele Giraffe OmniBed Carestation fabricate între ianuarie 2018 și **iulie 2025** și dispozitivele Giraffe OmniBed și Giraffe OmniBed Carestation la care s-au înlocuit ușile încălzitoarelor în acest interval de timp.

Vă rugăm să consultați Notificarea Urgentă de Siguranță anexată, nr. ref. 32097 și 32097-2, de la GE HealthCare, pentru detalii specifice privind această problemă de siguranță, precum și pentru modul de identificare a datei de fabricație a dispozitivului dvs.

Vă asigurăm că menținerea unui nivel ridicat de siguranță și calitate este cea mai mare prioritate a noastră. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact indicate în Notificarea Urgentă de Siguranță de la GE HealthCare.

Cu respect,

Laila Gurney
Chief Quality & Regulatory Officer
GE HealthCare

Scott Kelley
Chief Medical & Safety Officer
GE HealthCare