

BULETIN DE VERIFICARE TEHNICĂ
NR. DIN
(MODEL)

PRESTATOR

(denumire OE, adresă, date de contact, reprezentant)

BENEFICIAR

(denumire, adresă, date de contact, reprezentant)

Verificare parametri funcționali și de securitate după:
(denumirea activității / prestației)

Instalare	Întreținere	Reparare

Dispozitiv medical: (denumirea dispozitivului medical servizat)

Parametri de performanță impuși de producător (conform manual de service)	Valori	
	măsurate	impuse
Parametrul 1		
Parametrul 2		
• • •	• • •	

Parametri de securitate electrică impuși de producător sau standardele specifice verificării parametrilor de securitate electrică	Valori	
	măsurate	impuse
Impedanța legăturii de protecție		
Curentul de scurgere la pământ		
Curentul de scurgere la carcasă		
Curent de scurgere la pacient		

Echipamente de măsurare și monitorizare utilizate

-(denumire, certificat de etalonare / calibrare / buletin de verificare metrologică)
-(denumire, certificat de etalonare / calibrare / buletin de verificare metrologică)
-(denumire, certificat de etalonare / calibrare / buletin de verificare metrologică)

Concluzii: Dispozitivul medical respectă/nu respectă cerințele tehnice de securitate și de performanță aplicabile.

PRESTATOR

BENEFICIAR