

Tabel cu unitățile sancționate contravențional de către ANMDMR-DGDM-DRSP - SSP

Actualizat la data de 31.12.2023

NR. CRT.	SERVICIUL SP/ UTI CARE A APLICAT SANCTIUNEA	UNITATEA SANCTIONATĂ	DATA APLICĂRII SANCTIUNII	MOTIVUL SANCTIONĂRII	SANCTIUNI COMPLEMENTARE
727	SSP-BUCUREȘTI	GNOSIS EVOMED	22.12.2023	D.M.fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
726	SSP-BUCUREȘTI	MK DENTAL DESIGN SRL - BUCURESTI	22.12.2023	Lipsă mentenanță monitor pacient - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d); Lipsă buletin verificare periodică monitor pacient - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	Interzicerea utilizării dispozitivelor medicale neconforme conform L95/2006 Art. 935 (1) lit. h
725	UTI ORADEA	GIORGIO CENTER SRL	22.12.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f) Au fost constatate neconformitati privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art 933 alin 1 litera j	Interzicerea utilizării dispozitivelor medicale neconforme, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h).
724	UTI ORADEA	VILEUS MED COM SRL	21.12.2023	Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme pana la eliminarea neconformitati potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
723	UTI TIMIȘOARA	CABINET MEDICAL DE MEDICINA DENTARA DR GRIESBACK MADALINA	21.12.2023	Sterilizator si Rx dentar intraoral fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
722	UTI TG MUREȘ	DONNADENT TECHNIK SRL	21.12.2023	Sterilizator identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea Legea 95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
721	SSP-BUCUREȘTI	M1 MED BEAUTY SRL - BUCURESTI	21.12.2023	Lipsă mentenanță sterilizator - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d)	

720	UTI ORADEA	MIHA &AS DENT SRL	21.12.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f) Au fost constatate neconformitati privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art 933 alin 1 litera h	
719	UTI TG MUREȘ	SC ARTIMA SA	21.12.2023	DM înafara perioadei de valabilitate aflate la comercializare - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k) Impedizarea fara drept , sub orice forma, a persoanelor imputernicite sa isi exercite atributiile prevazute in titlul XX Legea 95/2006 - încălcarea Legea 95/2006 Art. 935 alin. 1 lit. g)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
718	UTI TG MUREȘ	SMILE EXPERT SRL	21.12.2023	RX-uri si vesta (echipament de protectie) identificate în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea Legea 95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
717	UTI ORADEA	EMILSHOES SRL	21.12.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR- încălcare L95/2006 Art 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
716	UTI CLUJ	GAMA OPTIC SMART SRL	21.12.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)

715	UTI TG MUREȘ	CMI DR.PODOLEANU CRISTIAN GHEORGHE CALIN CABINET MEDICAL DE CARDIOLOGIE SI MEDICINA INTERNA	21.12.2023	Ecograf identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea Legea 95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de Legea 95/2006 Art.933 (1) lit. j) Lipsă documente de conformitate -încălcarea Legea 95/2006 Art. 933 alin (1) lit. f	Interzicerea utilizării dispozitivelor medicale neconforme, potrivit Legea 95/2006 Art. 935 (1) lit. h)
714	SSP-BUCUREȘTI	ARCO CENTER SRL//	20.12.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
713	SSP-BUCUREȘTI	CIADO ALL DENT SRL - BUCURESTI	20.12.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
712	UTI TG MUREȘ	CMI DR. LORINCZI NICOLAE ALIN	20.12.2023	RX identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea Legea 95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
711	SSP-BUCUREȘTI	MEDICO INTERNATIONAL SRL - POPESTI LEORDENI	20.12.2023	Lipsă punct de lucru în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
710	UTI TIMIȘOARA	NOVODENT MED SRL	20.12.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
709	UTI CLUJ	OPTOLUX COM SRL	20.12.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
708	UTI TG MUREȘ	RADIMED SRL	20.12.2023	RX identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea Legea 95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
707	SSP-BUCUREȘTI	ANDREVIO DENT SRL - BUCURESTI	19.12.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

706	SSP-BUCUREȘTI	CMI STANESCU ALEXANDRU	19.12.2023	D.M.fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
705	SSP-BUCUREȘTI	MEDICAL DENTAL PLANET SRL	19.12.2023	Neasigurare mentenanta incalcare legea 95/2006, art. 933/1 lit.d//sanctionat potrivit disp. art. 935/1 lith	
704	UTI CRAIOVA	SELGROS CASH & CARRY SRL	19.12.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
703	UTI TG MUREȘ	LIDL DISCOUNT SRL	18.12.2023	Dispozitive medicale etichetate neconforma - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
702	UTI TIMIȘOARA	CABINET DENTAR DR CANDEA SRL	18.12.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
701	SSP-BUCUREȘTI	SYRODENT BY DR ADEL ABOUD SRL - BUCURESTI	18.12.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
700	UTI CRAIOVA	CARREFOUR ROMANIA SA	18.12.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4) Lipsă documente conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
699	UTI CRAIOVA	DOCSTORE SRL	18.12.2023	Lipsă documente conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
698	UTI CLUJ	OPTOFLOR SRL	15.12.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
697	UTI CLUJ	OPTIM OPTIC	15.12.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)

696	UTI CRAIOVA	NATALGYN MED SRL	14.12.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f) Lipsă registru unic de control fapta ce constituie contravenție potrivit art 8 lit b) din Legea 252/2003	
695	SSP- BUCUREȘTI	MEDICAL PARTNER DISTRIBUTION SRL - BUCUREȘTI	14.12.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare conform L95/2006 Art. 935 (1) lit. a
694	UTI CRAIOVA	NICOLIDERM SRL	13.12.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. h)	
693	SSP- BUCUREȘTI	SOCIETATE CIVILA MEDICALA ALPHA DENTALE STOMATOLOGIE	12.12.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
692	UTI CLUJ	OPTIK-SHOP OPTIPAR SRL	11.12.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
691	UTI TG MUREȘ	GINEMED SRL	11.12.2023	Lipsă documente de achiziție și de conformitate - încălcarea Legea 95/2006 art. 933 alin (1) lit. f) Ecograf identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea Legea 95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de Legea 95/2006 Art.933 (1) lit. j)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit Legea 95/2006 Art. 935 (1) lit. h)
690	SSP- BUCUREȘTI	DENTART CONSULTING SRL - BUCUREȘTI	07.12.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

689	UTI ORADEA	REMARKT MAGAZINE SRL	07.12.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR-încălcarea L95/2006 Art 927 (1) declarație neconformă -încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a) Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme pana la eliminarea neconformitati potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
688	UTI CLUJ	COMFORT DYOPTIK SRL	07.12.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
687	UTI CRAIOVA	ALTEX ROMANIA SRL	06.12.2023	Lipsă producator si punct de lucru in Avizul de functionare emis de ANMDMR, - încălcarea L95/2006 Art. 927 (4)	
686	UTI CRAIOVA	DR.IANOSI SRL	06.12.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. h)	
685	UTI CLUJ	MEDISERV SRL	06.12.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
684	UTI ORADEA	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	06.12.2023	Lipsă punct de lucru în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4) declarație neconformă -încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme pana la eliminarea neconformitati potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
683	UTI ORADEA	SC DAMASCHIN SRL	06.12.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR-încălcarea L95/2006 Art 927 (1) Dispozitiv medical neconform identificat la comercializare încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a) Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme pana la eliminarea neconf
682	SSP-BUCUREȘTI	ASEPTICA PHARMA SRL	05.12.2023	Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. j)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (10)

681	UTI TIMIȘOARA	CABINET MEDICAL DE MEDICINA DENTARA DR ENESCU MARIUS	05.12.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
680	UTI ORADEA	FARMACIA CRICOPHARM SRL	05.12.2023	Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme pana la eliminarea neconformitati potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
679	SSP- BUCUREȘTI	CLINICA ORTOKINETIC SRL	05.12.2023	Dispozitive medicale aflate în utilizare fără mentenanță asigurată - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d) DM identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. k)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h) Interzicerea utilizării echipamentelor care nu sunt declarate dispozitive medicale, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. j)
678	UTI CLUJ	QUANTSOFT ID SRL	04.12.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
677	UTI CRAIOVA	CARDIOCENTER DR. ISTRATOAIE SRL	29.11.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. h) si f)	
676	UTI ORADEA	CMI DR BENYOVSKI ANNAMARIA	29.11.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
675	SSP- BUCUREȘTI	DIGESTMED SRL	29.11.2023	Sterilizator și electrocauter fără buletin de verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
674	UTI CLUJ	MEDI OPTIC SRL	29.11.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)

673	UTI CRAIOVA	FAST MEDICAL DISTRIBUTION SRL	28.11.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
672	UTI CRAIOVA	SENOLOGICA DAVPAT SRL	28.11.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. h)	
671	UTI ORADEA	CMI DR PETEAN ADELA IOANA	28.11.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L9/2006 Art 933 alin 1 litera j	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h).
670	SSP- BUCUREȘTI	PLANT EVOLUTION	28.11.2023	Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea introducerii pe piață a DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
669	SSP- BUCUREȘTI	MEDVISION CARDIO PLUS SRL	27.11.2023	D.M.fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
668	SSP- BUCUREȘTI	CMI DR RADUCANU VALENTIN-MEDICINA DENTARA	24.11.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
667	SSP- BUCUREȘTI	CMI NEDELCU T. IOAN	24.11.2023	D.M.fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
666	UTI TG MUREȘ	SC PELICAN IMPEX	24.11.2023	DM identificate în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea Legea 95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de Legea 95/2006 Art.933 (1) lit. j)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit Legea 95/2006 Art. 935 (1) lit. h)

665	UTI CRAIOVA	MECCLINIC SRL - Centrul Medical Sfântul Nicolae	23.11.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. h)	
664	SSP-BUCUREȘTI	MEDICAL SMART CARE SRL - BUCUREȘTI	23.11.2023	Monitor pacient și sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Lipsă mentenanță monitor pacient - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d)	
663	UTI ORADEA	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTĂ BIHOR	23.11.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Dispozitive medicale aflate în utilizare fără mentenanță asigurată- încălcare L95/2006 Art 933 (1) lit d)	
662	UTI TIMIȘOARA	CABINET MEDICAL DE MEDICINA DENTARA DR. ANITA FEHER	22.11.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
661	UTI CRAIOVA	INTERLAB MEDICAL SRL	22.11.2023	Ecograf fără buletin verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
660	UTI TIMIȘOARA	CABINET MEDICAL DE MEDICINA DENTARA STEFONI IACOBONI TABITA	21.11.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
659	SSP-BUCUREȘTI	CMI DR GHITA DANIELA-IOANA - BUCUREȘTI	21.11.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
658	SSP-BUCUREȘTI	STOMACOM SERVICE SRL	21.11.2023	Nerespectarea unor condiții care au stat la baza emiterii avizului de funcționare - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Suspendarea avizului de funcționare până la eliminarea neconformităților
657	UTI CLUJ	OFTALINE SRL	21.11.2023	Lipsă documente conformitate- încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)

656	UTI CRAIOVA	SC ONCO CLINIC CONSULT SA	20.11.2023	Dispozitive medicale aflate în utilizare fără mentenanță asigurată - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)
655	UTI ORADEA	CMI DR BERECHET DIANA	16.11.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f) Au fost constatate neconformități privind instituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g)	
654	UTI CLUJ	NASTIMED SERV SRL	16.11.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
653	UTI TG MUREȘ	SANO DENT CENTER	16.11.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de Legea 95/2006 Art.933 (1) lit. j)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit Legea 95/2006 Art. 935 (1) lit. h)
652	UTI IAȘI	FEMINA CLINIC SRL	15.11.2023	Au fost identificate în utilizare DM fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
651	UTI TG MUREȘ	EDNA QUEEN GYN SRL	15.11.2023	Lipsă documente de achiziție și de conformitate - încălcarea Legea 95/2006 art. 933 alin (1) lit. f)	
650	UTI CLUJ	ESMED GROUP SRL	15.11.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
649	SSP-BUCUREȘTI	FRAMED MEDICAL DEVICE SRL	15.11.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
648	UTI TG MUREȘ	GYOPAR PHARMA SRL	15.11.2023	Dispozitive medicale etichetate neconforma - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)

647	SSP-BUCUREȘTI	MEDIKALI PRIVATE HEALTHCARE SRL	13.11.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. c) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f) DM identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
646	UTI IAȘI	VENUS UPDATED SRL	13.11.2023	Au fost identificate în utilizare DM fără buletin de verificare periodică respectiv aviz de utilizare emise de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) respectiv art 931 alin. (1)	Interzicerea utilizării dispozitivelor medicale neconforme, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. c)
645	UTI CRAIOVA	VITAPLUS MEDCLIN SRL	13.11.2023	Utilizare Autoclav Biobase BKM - Z24B, dispozitiv ce nu e încadrat ca echipament medical încălcarea L95/2006 Art.933 (1) lit. k)	Interzicerea utilizării echipamentelor care nu sunt declarate dispozitive medicale potrivit L95/2006 art.935 (1) lit.j)
644	UTI ORADEA	TANKI SZABOLCS PFA	10.11.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR- încălcarea L95/2006 Art 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
643	UTI ORADEA	CMI DR MIHELE BEATRICE DAIANA	10.11.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
642	UTI ORADEA	DR CIUCUR DENTAL STUDIO SRL	10.11.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
641	UTI TG MUREȘ	CENTRU MEDICAL PROVISAN	09.11.2023	Ecograf identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea Legea 95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

640	UTI ORADEA	CENTRUL MEDICAL PROCARDIA SRL	09.11.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h),	
639	UTI TIMIȘOARA	CMI DR. BALICA ANDREEA-GABRIELA	09.11.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
638	UTI IAȘI	ARSENESCU S. MARINA-CATALINA-CABINET MEDICAL INDIVIDUAL-CARDIO-MEDICA	09.11.2023	Au fost identificate în utilizare DM fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR respectiv fără mentenanță asigurată- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) respectiv d)	Interzicerea utilizării dispozitivelor medicale neconforme, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)
637	SSP-BUCUREȘTI	CENTRUL MEDICAL MEDICUM SRL	09.11.2023	DM identificate în utilizare aflate în afara termenului de valabilitate - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. b)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. e)
636	UTI IAȘI	MEDICAL CENTER VIVA SRL	08.11.2023	Au fost identificate în utilizare DM fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
635	SSP-BUCUREȘTI	ROYAL LIFE SOLUTION SRL	08.11.2023	Impiedicare actului de control - încălcarea L95/2006, art. 935 (1) g)	
634	SSP-BUCUREȘTI	V-ASCENDO PROD SRL	08.11.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
633	SSP-BUCUREȘTI	ASTRA GENERAL MED SRL - BUCUREȘTI	08.11.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare conform L95/2006 Art. 935 (1) lit. a
632	SSP-BUCUREȘTI	DIALEXTOY SRL - BRAILA	08.11.2023	Lipsă producător în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4) Lipsă număr organism notificat - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. j)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (10)

631	UTI CRAIOVA	AUCHAN ROMANIA SA	07.11.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
630	UTI TIMIȘOARA	DRESOR MEDICAL SRL	07.11.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
629	UTI TG MUREȘ	TENSA ART DESIGN SA	06.11.2023	Dispozitive medicale etichetate neconforma - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k) Lipsă producător(i) și punct de lucru în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea Legea 95/2006 Art 927 (4)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
628	SSP-BUCUREȘTI	SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE SF STEFAN	06.11.2023	Dispozitive medicale aflate în utilizare fără mentenanță asigurată - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. c) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)
627	SSP-BUCUREȘTI	CMI DR CRACIUN MARIANA CONSTANTINA - BUCURESTI	03.11.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
626	SSP-BUCUREȘTI	DR. JOVIN SERVICII MEDICALE SRL	03.11.2023	D.M.fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
625	UTI IAȘI	BUCURDENT SRL	02.11.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
624	UTI IAȘI	DOCTOR ALLIA DMOUR SRL	02.11.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. j)	
623	UTI IAȘI	PSIHOMEDICA CATHARSIS SRL	01.11.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

622	SSP-BUCUREȘTI	MED SERV UNITED SRL	01.11.2023	Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea introducerii pe piață a DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
621	UTI ORADEA	ADRIACARD SRL	31.10.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h), etichetare necorespunzătoare - încălcare L95/2006 Art.933 (1) lit j. dispozitive medicale aflate înafara perioadei de valabilitate -încălcare L95/2006 Art.933 (1) lit b).	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. e) Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)
620	UTI ORADEA	OMV PETROM MARKETING SRL	30.10.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
619	UTI ORADEA	ANTAL MED SRL	27.10.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f) Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
618	UTI TG MUREȘ	ELITE MEDICAL SRL	27.10.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de Legea 95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
617	UTI TG MUREȘ	PERFMED SRL	27.10.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de Legea 95/2006 Art.933 (1) lit. c) EKG identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea Legea 95/2006 Art. 933 alin (1) lit. h)	

616	UTI CRAIOVA	DR MAX SRL	27.10.2023	Lipsă documente conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
615	UTI IAȘI	WITTENBERGER SRL	26.10.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
614	UTI TIMIȘOARA	CASA DENTI TM S.R.L	26.10.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
613	SSP-BUCUREȘTI	TRIQ VISION DISTRIBUTION SRL	26.10.2023	DM etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 art. 28 lit j)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (10)
612	UTI CRAIOVA	REWE(ROMANIA) SRL	26.10.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1) Lipsă documente conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a) Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
611	UTI CRAIOVA	LIDL DISCOUNT SRL	25.10.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
610	UTI CRAIOVA	FARMEXIM SA	25.10.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
609	UTI CRAIOVA	FARMEXIM SA - depozit	25.10.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
608	SSP-BUCUREȘTI	TESA MED SOLUTIONS SRL - BUCURESTI	25.10.2023	Lipsă producător în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	

607	UTI TG MUREȘ	TONICARD MEDICAL SRL	25.10.2023	EKG si Ecograf identificate în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea Legea 95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
606	SSP-BUCUREȘTI	MITHOS APARATURA MEDICALA SRL	25.10.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
605	SSP-BUCUREȘTI	VIEW ICOS SRL	25.10.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR-încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
604	SSP-BUCUREȘTI	OPTINOSTRA SRL	24.10.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1) Etichetare neconformă - încălcarea OUG 46/2021 Art.28 lit.k	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a) Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
603	SSP-BUCUREȘTI	ISROM COM IMPEX LTD. SRL	23.10.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
602	UTI ORADEA	CMI DR POP ROMAN MARIUS FLORIN	23.10.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h),	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h).
601	SSP-BUCUREȘTI	RONY BRAND SRL	20.10.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1) Lipsă documente de conformitate - încălcare OUG 46/2021 Art 28 lit. k)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a) Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)

600	UTI IAȘI	ANALDA SRL	20.10.2023	A fost identificat în utilizare DM fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR respectiv lipsa continuitate între buletinele de verificare tehnica- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) respectiv d)	Interzicerea utilizării dispozitivelor medicale neconforme, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)
599	UTI ORADEA	NEGRINI SRL	19.10.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h),	
598	SSP-BUCUREȘTI	CLIO-2001 SRL	18.10.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
597	UTI CRAIOVA	OMV PETROM MARKETING SRL	18.10.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
596	SSP-BUCUREȘTI	DIAX OPTIK SRL	17.10.2023	Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. j)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (10)
595	UTI TIMIȘOARA	SAM BUSINESS CO SRL	16.10.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului menționat la Art 926 (2) potrivit L 95/2006 Art.935 (1) lit. a)
594	UTI TIMIȘOARA	CABINET STOMATOLOGIC DR. VALEANU ANDREI	16.10.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
593	UTI TG MUREȘ	ROD OPTICA SRL	16.10.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea Legea 95/2006 art. 927 (1) DM înafara perioadei de valabilitate aflate la comercializare - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit Legea 95/2006 Art.935 (1) lit. a) Retragerea de pe piață a dm neconforme în conformitate cu actul normativ OUG 46/2021 Art. 29 alin (11)

592	UTI TG MUREȘ	ANIMA CORD	13.10.2023	EKG identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea Legea 95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
591	SSP-BUCUREȘTI	ALINAOPTIC SRL	13.10.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
590	UTI ORADEA	CMI DR DUMA MANUELA MONICA	13.10.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h), Dispozitive medicale aflate în utilizare înafara termenului de valabilitate -încălcarea L95/2006 Art.933 (1) lit b).	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. e)
589	SSP-BUCUREȘTI	CLINICA MEDICALA PAC ENT MEDICAL SRL - BUCUREȘTI	12.10.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
588	UTI TIMIȘOARA	TENSA ART DESIGN SRL	12.10.2023	Distributie dispozitive medicale neconforme- încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. j)	Interzicerea utilizării DM neconforme, si retragerea de pe piata conform OUG 46/2021 Art. 29 alin 10)
587	UTI TIMIȘOARA	DR. ADRIAN BACILA SRL	11.10.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
586	UTI TG MUREȘ	SC ECOMED SRL	11.10.2023	Ecograf identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea Legea 95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
585	SSP-BUCUREȘTI	SABA OPTIK SRL	11.10.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
584	UTI IAȘI	MITU C. FLORIN-CABINET MEDICAL INDIVIDUAL-CARDIOSAN	11.10.2023	Au fost identificate în utilizare DM fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR respectiv fără mentenanță asigurată- încălcarea L95/2006 Art.	Interzicerea utilizării dispozitivelor medicale neconforme, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)

				933 (1) lit. h) respectiv d)	
583	UTI ORADEA	FARMACIA ESCULAP	10.10.2023	Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme pana la eliminarea neconformitati potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
582	UTI TG MUREȘ	SC EUROMED SRL CABINET DE ENDOCRINOLOGIE	10.10.2023	EKG, Osteodensitometru identificate în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea Legea 95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
581	UTI CRAIOVA	ANTORARI DENT SRL	10.10.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. j)	Interzicerea utilizarii dispozitivului neconform potrivit art 935 alin 1 litera h Legea 95/2006
580	SSP- BUCUREȘTI	CLAU DENTESTETIC SRL	09.10.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
579	UTI ORADEA	FARMARION PLUS SRL	09.10.2023	Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme pana la eliminarea neconformitati potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
578	SSP- BUCUREȘTI	I SEE COFFEE OPTICA SRL	09.10.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
577	UTI TIMIȘOARA	CM DR CRISTINA DAVIDEAN SRL	06.10.2023	Rx dentar intraoral fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
576	UTI TIMIȘOARA	TENSA ART DESIGN SRL	05.10.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	

575	UTI CRAIOVA	CAMIDENT SMILE LIFE SRL	05.10.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
574	UTI TG MUREȘ	SC MEDIAB SRL	05.10.2023	Sterilizator cu aburi, EKG, Electrocauter identificate în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea Legea 95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
573	SSP-BUCUREȘTI	LEGEND OPTIC SRL	05.10.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
572	UTI TG MUREȘ	CMD PINTEA DAN STEFAN	04.10.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea Legea 95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
571	UTI IAȘI	PASSIONATE CLINIC SRL	04.10.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
570	UTI TIMIȘOARA	PRO DENTMAR TIM SRL	04.10.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
569	UTI IAȘI	MEDICAL ENTERPRISES SRL	04.10.2023	Au fost identificate în utilizare DM fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR respectiv fără mentenanță asigurată- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) respectiv d)	Interzicerea utilizării dispozitivelor medicale neconforme, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)
568	UTI CRAIOVA	KRISTEF MED SRL	03.10.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f).	
567	UTI ORADEA	CMI DR COPIL EUGEN EMIL	02.10.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără bulletine de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

566	SSP-BUCUREȘTI	EXMEDICA EXPERTI IN SANATATE SRL	02.10.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
565	UTI IAȘI	ZETU C. IRINA-NICOLETA-CMI MEDICINA DENTARA, ORTODONTIE	02.10.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
564	UTI ORADEA	SC REGIO MED SRL	02.10.2023	Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
563	SSP-BUCUREȘTI	ASTON CLINIC SRL	29.09.2023	Neasigurare mentenanta incalcare L95/2006 art. 933/1 lit.b//sanctionat potrivit disp. art. 935/1 lit e	
562	UTI TG MUREȘ	KARMEDOFTA SRL	29.09.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea Legea 95/2006 Art 927 (4)	
561	UTI ORADEA	SC PRESTIGE DENT SRL	29.09.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
560	UTI TIMIȘOARA	VITALAB CLINIC SRL	29.09.2023	Modificare condițiilor de avizare care au stat la baza obținerii avizului - lipsa instruire continuă -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	Suspendarea avizului de functionare până la rezolvarea neconformatatilor potrivit L 95/2006 Art.935 (1) lit. i)
559	UTI IAȘI	DENTCENTER IASI SRL	29.09.2023	Au fost identificate în utilizare DM fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR respectiv fără mentenanță asigurată- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) respectiv d)	Interzicerea utilizării dispozitivelor medicale neconforme, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)

558	SSP-BUCUREȘTI	SPITALUL PROF. DR. CONSTANTIN ANGELESCU	29.09.2023	DM identificate în utilizare aflate în afara termenului de valabilitate - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. b) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f) DM identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. e)
557	SSP-BUCUREȘTI	AXIOMA MEDICAL SRL	28.09.2023	Lipsă notificare modificare condiții de avizare -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
556	SSP-BUCUREȘTI	ELGEKA-FERFELIS ROMANIA SA	27.09.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1) Lipsă documente de conformitate - încălcare OUG 46/2021 Art 28 lit. k)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
555	UTI CRAIOVA	MIRAOPTIC CONCEPT SRL	27.09.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4) Lipsă documente conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
554	SSP-BUCUREȘTI	CMI DR. LAZAREAN VIOLETA	26.09.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
553	SSP-BUCUREȘTI	ECHIPAMENTE MEDICALE COLTEA SRL	26.09.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
552	UTI CRAIOVA	ONIOPTIC SRL	26.09.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
551	SSP-BUCUREȘTI	S&Z COM 2013 SRL	26.09.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1) Dispozitive medicale falsificate - încălcare	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)

				OUG 46/2021 Art 28 lit. k)	
550	SSP-BUCUREȘTI	DENTAPLUS MEDICAL SRL	25.09.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
549	SSP-BUCUREȘTI	STOMASON DRISTOR SRL	25.09.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
548	UTI CRAIOVA	MDM FARM SRL	22.09.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de art 14 din Regulamentul UE 745/2017, fapta ce constituie contravenție potrivit art 28 litera k) din OUG 46/2021	Retragerea de pe piață și interzicerea introducerii pe piață a DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
547	SSP-BUCUREȘTI	RAMDISTRIB IMPEX SRL	21.09.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
546	SSP-BUCUREȘTI	SCADA TRADE SRL	21.09.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 art. 927 (1) Dispozitive medicale falsificate - încălcare OUG 46/2021 Art 28 lit. k)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
545	UTI CRAIOVA	TENSA ART DESIGN SA	21.09.2023	Lipsă punct de lucru si producatori in Avizul de functionare emis de ANMDMR, - încălcarea L95/2006 Art. 927 (4) Lipsă instructiuni de utilizare in limba romana atat in calitate de importator, cât și de distiribuitor, încalcă Art. 28 lit. j si k din OUG 46/2021	Retragerea de pe piață și interzicerea introducerii pe piață a DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (10) si (11)
544	UTI IAȘI	COPOUDENT SRL	20.09.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

543	UTI ORADEA	CMI DR MOLNAR-KALALOGLU SEBEASTIAN ANDREI	20.09.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f) Au fost constatate neconformități privind instituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g) Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
542	UTI CRAIOVA	GLOWDENTAL MD SRL	20.09.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
541	SSP-BUCUREȘTI	SENSIDENT MED SRL - BUCURESTI	20.09.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
540	SSP-BUCUREȘTI	TEHNO MED LIZ SRL	20.09.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4) DM fără nr.lot - încălcarea OUG 46/2021 art. 28 lit k)	
539	UTI TG MUREȘ	VITALITAS SOLUTION CENTER SRL	20.09.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea Legea 95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
538	UTI CRAIOVA	TRAD CLEAR LASER SRL	20.09.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - Încălcarea L95/2006 art. 927 (1) Lipsă documente de conformitate si facturi de achizitie - incalca art 28 lit k din OUG 46/2021	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare conform L95/2006 Art. 935 (1) lit. a)
537	UTI TG MUREȘ	EVELYN MEDICAL SUPPLIES SRL	19.09.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea Legea 95/2006 Art 927 (4)	

536	UTI CRAIOVA	MANDIMAX SRL	19.09.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. h)	
535	SSP-BUCUREȘTI	MEDICO FARMACEUTIC DENYRO SRL	19.09.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
534	UTI ORADEA	DM DROGHERIE MARKT SRL	18.09.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
533	SSP-BUCUREȘTI	AT SERVILENS SRL	18.09.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
532	SSP-BUCUREȘTI	OPTIC INESS 2002	18.09.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
531	UTI IAȘI	RODO OPTICA MEDICALA ZEISS SRL	18.09.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 art. 927 (1). Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de OUG 46/2021 Art.28 lit. k)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a) Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
530	UTI TG MUREȘ	MARVI LOGISTIC SRL	15.09.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea Legea 95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit Legea 95/2006 Art.935 (1) lit. a)
529	UTI TIMIȘOARA	OPTOTOPIA SRL	14.09.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului menționat la Art 926 (2) potrivit L 95/2006 Art.935 (1) lit. a)
528	UTI CRAIOVA	LUCSAN OPTISYRI SRL	14.09.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - Încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare conform L95/2006 Art. 935 (1) lit. a)

527	SSP-BUCUREȘTI	CLARITY EXPRESS SRL	14.09.2023	Lipsă notificare modificare condiții de avizare -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
526	SSP-BUCUREȘTI	LUK OPTIC SRL	13.09.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1) Lipsă documente de conformitate - încălcare OUG 46/2021 Art 28 lit. k)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a) Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
525	UTI CRAIOVA	DINAMIC OPTIC SRL	12.09.2023	Lipsă producator in Avizul de functionare emis de ANMDMR, - încălcarea L95/2006 Art. 927 alin 4	
524	UTI TG MUREȘ	DOMI DENT SRL	12.09.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea Legea 95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de Legea 95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
523	UTI TG MUREȘ	REVAI OPTIC SRL	12.09.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea Legea 95/2006 Art 927 (4)	
522	SSP-BUCUREȘTI	SANMAROPTIC SRL	12.09.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
521	UTI TIMIȘOARA	DENISE & DANI SRL	11.09.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului mentionat la Art 926 (2) potrivit L 95/2006 Art.935 (1) lit. a)
520	SSP-BUCUREȘTI	DIANA OPTIK SRL	11.09.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	

519	UTI ORADEA	MASHAALAHTYDA SRL	11.09.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
518	UTI CRAIOVA	ALTRA OPTIC SRL	08.09.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
517	SSP-BUCUREȘTI	AUSTRIAN OPTIC SRL	08.09.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
516	UTI ORADEA	HELIO OPTIC SRL	08.09.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
515	UTI TIMIȘOARA	MEDILENS SRL	07.09.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului menționat la Art 926 (2) potrivit L 95/2006 Art.935 (1) lit. a)
514	UTI CRAIOVA	MALAGA IMPEX SRL	07.09.2023	Lipsă punct de lucru si producator in Avizul de functionare emis de ANMDMR, - încălcarea L95/2006 Art. 927 alin 4	
513	SSP-BUCUREȘTI	OPTICAL INVESTMENT GROUP SRL	07.09.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
512	UTI CRAIOVA	OPTIPRIME SRL	07.09.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
511	UTI TIMIȘOARA	SAGRADA-MEDICIS SRL	07.09.2023	Ecograf fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
510	SSP-BUCUREȘTI	ALDOX OPTICA SRL	06.09.2023	DM fără marcaj CE - încălcarea OUG 46/2021 art. 28 lit k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)

509	UTI TIMIȘOARA	CLINICA ART DENTIS SRL	06.09.2023	Rx dentar fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
508	SSP- BUCUREȘTI	OPTI EYES SRL - BUCUREȘTI	06.09.2023	Lipsă producător în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
507	SSP- BUCUREȘTI	VEDERE SRL	05.09.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4) Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
506	UTI IAȘI	TRANSPARENTA SRL	05.09.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
505	UTI CRAIOVA	EYE CONCEPT OPTIC SRL	04.09.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
504	UTI TIMIȘOARA	GM CLINIC RO SRL	04.09.2023	Rx dentar fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
503	UTI TIMIȘOARA	LEOTIRAM OPTIC SRL	01.09.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
502	SSP- BUCUREȘTI	TOP OPTIC SRL	01.09.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
501	SSP- BUCUREȘTI	RETRO VISION SRL	01.09.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
500	SSP- BUCUREȘTI	DR MAX SRL	31.08.2023	Dispozitiv medical cu etichetare neconformă - încălcarea OUG 46/2021, art 28, lit.k	Retragere de pe piață

499	UTI TIMIȘOARA	LENTOL-PIMPI SRL	30.08.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului menționat la Art 926 (2) potrivit L 95/2006 Art.935 (1) lit. a)
498	SSP- BUCUREȘTI	OPTI ITALY DON SRL	30.08.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4) Lipsă documente conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
497	SSP- BUCUREȘTI	STEFAN OPTIC 2002 SRL	30.08.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4) Lipsă documente conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
496	SSP- BUCUREȘTI	OPTIC 2000 SRL	30.08.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
495	UTI CRAIOVA	ASO STAR COMPANY SRL	29.08.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
494	UTI CRAIOVA	CENTRUL MEDICAL FRASIE SRL	29.08.2023	DM fără buletin verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
493	SSP- BUCUREȘTI	INTRA SECO SRL	29.08.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
492	UTI CRAIOVA	KRISTAL EYEGLASS SRL	29.08.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	

491	UTI TIMIȘOARA	OPTICA ALEMAR SRL	29.08.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
490	SSP- BUCUREȘTI	COMPACT OPTIC GRUP SR	29.08.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
489	SSP- BUCUREȘTI	OPTISTAR 96 SRL	28.08.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4) Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
488	SSP- BUCUREȘTI	TITAN OPTIC SRL	25.08.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare conform L95/2006 Art. 935 (2)
487	UTI CRAIOVA	CARDINVEST SRL	25.08.2023	DM identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
486	SSP- BUCUREȘTI	OPTIRISE SRL	25.08.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4) Lipsă documente conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
485	SSP- BUCUREȘTI	OPTIMAG IMPEX SRL	24.08.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare conform L95/2006 Art. 935 (2)
484	UTI CRAIOVA	MOARYARTY HOME SRL	24.08.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - Încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare conform L95/2006 Art. 935 (1) lit. a)

483	UTI TIMIȘOARA	CABINET MEDICAL MEDICINA DENTARA DR NADINA SINZIANA POPA	24.08.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
482	UTI CRAIOVA	CENTRUL MEDICAL SARARI - VALERO CLINNIC SRL	24.08.2023	DM identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
481	SSP- BUCUREȘTI	INFOSAN SRL	23.08.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1) Dispozitive medicale aflate în utilizare fără mentenanță asigurată - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare conform L95/2006 Art. 935 (1) lit. a) Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)
480	UTI TIMIȘOARA	BEYONDDENTISTRY SRL	23.08.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
479	SSP- BUCUREȘTI	VISIOCLINIC SRL	23.08.2023	Lipsă producător în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
478	SSP- BUCUREȘTI	EURO OPTIC SRL	23.08.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
477	SSP- BUCUREȘTI	ARGUS OPTICA MEDICALA SRL	22.08.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare conform L95/2006 Art. 935 (1) lit. a
476	SSP- BUCUREȘTI	EMPIRE OPTIC VISION-D SRL	22.08.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare conform L95/2006 Art. 935 (1) lit. a
475	SSP- BUCUREȘTI	MIRE OPTIC SRL	22.08.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)

474	SSP-BUCUREȘTI	OPTI-PLUS VISION SRL	22.08.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
473	SSP-BUCUREȘTI	TOMA'S OPTIK SRL	22.08.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
472	SSP-BUCUREȘTI	LIBERTY OPTIC EXPERT SRL	21.08.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
471	SSP-BUCUREȘTI	N.H.P. COM SERVICE SRL	18.08.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare conform L95/2006 Art. 935 (1) lit. a
470	SSP-BUCUREȘTI	WORLD VISION LINE SRL	18.08.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare conform L95/2006 Art. 935 (1) lit. a
469	SSP-BUCUREȘTI	ANAMAR OPTIMAC SRL	17.08.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
468	UTI CRAIOVA	CABINET STOMATOLOGIC ZANA MASELUTA DR.RALUCA CIOCHIA SRL	17.08.2023	DM fără buletin verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
467	SSP-BUCUREȘTI	CITY OPTIC PLUS	17.08.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	

466	UTI IAȘI	TAOOPTICUS SRL	17.08.2023	Operatorul economic nu a informat structura de specialitate cu privire la modificările aduse condițiilor care au stat la baza emiterii avizului de funcționare - încălcarea L95/2006 Art 927 (4) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de OUG 46/2021 Art.28 lit. k)	Retragerea de pe piață și/sau interzicerea utilizării și a introducerii pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
465	UTI IAȘI	MEDOPTICA SRL	16.08.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 art. 927 (1). Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de OUG 46/2021 Art.28 lit. ș)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
464	UTI ORADEA	HYGEA SRL	16.08.2023	Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
463	SSP-BUCUREȘTI	TEMAR OPTIC SRL	16.08.2023	Lipsă producător în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
462	UTI CRAIOVA	KLASSE JOBS CONSULTING SRL	16.08.2023	Au fost constatate neconformități privind respectarea condițiilor de depozitare stabilite de producator - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
461	UTI CRAIOVA	KLASSE JOBS CONSULTING SRL	16.08.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de art 14 alin 3 din Regulamentul UE 745/2017, fapta ce constituie contravenție potrivit art 28 litera k) din OUG 46/2021	Retragerea de pe piață și interzicerea introducerii pe piață a DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
460	SSP-BUCUREȘTI	BPM TEHNOLOGICA SRL	11.08.2023	Lipsă documente de conformitate - încălcare OUG 46/2021 Art 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
459	UTI IAȘI	CLINICA ANDREICA SRL	11.08.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

458	UTI IAȘI	ROMZAH DENTAL SRL	11.08.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
457	UTI CRAIOVA	DENTIST VALI SRL	10.08.2023	DM identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
456	UTI TG MUREȘ	SC RAMI DENTISTRY	10.08.2023	Lipsă documente de achiziție și de conformitate - încălcarea Legea 95/2006 art. 933 alin (1) lit. f)	
455	UTI CRAIOVA	CENTRU MEDICAL RENASTEREA SRL	09.08.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. d) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. k)	Interzicerea utilizării dispozitivelor medicale neconforme, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h) Interzicerea utilizării echipamentelor care nu sunt declarate dispozitive medicale, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. j)
454	SSP-BUCUREȘTI	INTEGRAL OPTIC SRL	08.08.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
453	UTI IAȘI	BĂRLESCU A. DANIELA-CABINET MEDICAL INDIVIDUAL MEDICINĂ DENTARĂ-DANYDENT	08.08.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
452	SSP-BUCUREȘTI	CLINICILE DR. EIDELMAN SRL	08.08.2023	Neasigurare mentenanță încălcare . art. 933/1 lit.d//sanționat potrivit disp. art. 935/1 liti	

451	UTI IAȘI	CONSULTMED SRL	08.08.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
450	SSP-BUCUREȘTI	ELSE MEDICAL	08.08.2023	Lipsa documente achiziție și conformitate - încălcarea L95/2006 Art 933, (1), lit.f	
449	SSP-BUCUREȘTI	FLORADICOM SRL	08.08.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
448	SSP-BUCUREȘTI	BIAFAN OPTIX SRL	04.08.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4) Lipsă documente conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
447	UTI TIMIȘOARA	CABINET MEDICAL MEDICINA DENTARA DR TELBIS LAURA ANDREEA	04.08.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
446	SSP-BUCUREȘTI	CARDIO CLINIC SRL	04.08.2023	DM identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
445	UTI CRAIOVA	CMI DR STAICU ALICE-MARIA	04.08.2023	DM fără buletin verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h). Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f).	
444	SSP-BUCUREȘTI	DENTAL CARE GRUP SRL	04.08.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

443	UTI TIMIȘOARA	DENTAL SMART DR KOROZSI SRL	03.08.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
442	SSP- BUCUREȘTI	TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY SRL	03.08.2023	Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
441	SSP- BUCUREȘTI	TOP DENTAL SERVICES SRL	03.08.2023	Etichetare neconformă - încălcarea L 95/2006, Art. 933 (1), lit j	Interzicerea utilizării dispozitivelor medicale neconforme conform L95/2006 Art. 935 (1) lit. h
440	UTI IAȘI	MEDIS TEST SRL	03.08.2023	Au fost identificate în utilizare DM fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR respectiv fără mentenanță asigurată- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) respectiv d)	Interzicerea utilizării dispozitivelor medicale neconforme, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)
439	SSP- BUCUREȘTI	NEMO EXPERT TEAM SRL	02.08.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1) Documente de conformitate prezentate în mod fals - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare conform L95/2006 Art. 935 (1) lit. a Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
438	SSP- BUCUREȘTI	HENG YUAN SUPERCOM SRL	02.08.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1) Lipsă documente de conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare conform L95/2006 Art. 935 (2)
437	UTI CRAIOVA	DM DROGHERIE MARKT SRL	02.08.2023	Lipsă punct de lucru si producator in Avizul de functionare emis de ANMDMR, - încălcarea L95/2006 Art. 927 (4)	
436	SSP- BUCUREȘTI	DIPA DENTAL SRL	02.08.2023	DM identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
435	UTI TIMIȘOARA	IMPERIAL DENT CLINIC SRL	02.08.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

434	SSP-BUCUREȘTI	SOFIMAR IMAGING SRL	02.08.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. c) Au fost constatate neconformități privind instituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g)	
433	SSP-BUCUREȘTI	OPTICA BELVEDERE	01.08.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
432	UTI IAȘI	PANACEEA SRL	01.08.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h).Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f) și j)	Interzicerea utilizării dispozitivelor medicale neconforme, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)
431	UTI ORADEA	SELGROS CASH&CARRY SRL	31.07.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
430	UTI CRAIOVA	ALTEX ROMANIA SRL	28.07.2023	Lipsă producător(i)/punct lucru în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
429	SSP-BUCUREȘTI	FORSETI MASTER SRL	28.07.2023	Operatorul a prezentat documente de conformitate falsificate - -încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. j)	Interzicerea introducerii pe piață a dispozitivului medical neconform, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (10)
428	UTI ORADEA	MEDISTAR SRL	27.07.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4) Documente de conformitate expirate - încălcare OUG 46/2021 Art.28 litera k.	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)

427	UTI TG MUREȘ	STOMA ORTHO DENT MURES SRL	27.07.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea Legea 95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
426	SSP-BUCUREȘTI	VALUMA DENTCARE SRL	27.07.2023	Au fost constatate neconformități privind instituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. k)	Interzicerea utilizării echipamentelor care nu sunt declarate dispozitive medicale, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. j)
425	UTI ORADEA	CMI DR POP LUCIAN FLORIN	26.07.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
424	UTI IAȘI	DENT ART CLINIC SRL	26.07.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
423	UTI ORADEA	SUPECO INVESTMENT SRL	26.07.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
422	SSP-BUCUREȘTI	UNIDENT PLUS SRL	25.07.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - Încălcarea L95/2006 art. 927 (1) Nerespectarea obligațiilor generale ale distribuitorilor - Încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare conform L95/2006 Art. 935 (1) lit. a)
421	SSP-BUCUREȘTI	BAVARIA MPOWER SRL	25.07.2023	Lipsă producător în aviz - încălcarea L95/2006 Art. 927 (4)	
420	UTI CRAIOVA	BLUE BAY SRL	25.07.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
419	SSP-BUCUREȘTI	CMI POPESCU VIRGINIA LILIANA	25.07.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

418	UTI ORADEA	SAME DAY THEET SRL	25.07.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
417	UTI TG MUREȘ	BHB SRL	25.07.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea Legea 95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit Legea 95/2006 Art.935 (1) lit. a)
416	UTI CRAIOVA	LIDL DISCOUNT SRL	25.07.2023	DM identificate la comercializare, aflate în afara termenului de valabilitate. - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
415	UTI TIMIȘOARA	CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR CHIORAN DOINA	24.07.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
414	UTI CRAIOVA	ENDOLIFE SRL	24.07.2023	DM identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
413	UTI ORADEA	REMED SRL	24.07.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
412	SSP-BUCUREȘTI	VOGUE ART SRL	24.07.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
411	SSP-BUCUREȘTI	ITAL LENTI SRL	23.07.2023	Operatorul economic a încălcat prevederile stabilite de art.13 din Reg. 745/2017 privind obligațiile generale ale importatorului - încălcarea OUG 46/2021 art. 28 lit j)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (10)
410	SSP-BUCUREȘTI	AUDIOSMART PROTEZARE SRL	21.07.2023	Lipsă producător în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
409	UTI CRAIOVA	SYNEVO ROMANIA SRL	21.07.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	

408	UTI TG MUREȘ	FRAGUS SRL	21.07.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea Legea 95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit Legea 95/2006 Art.935 (1) lit. a)
407	UTI ORADEA	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR. CONSTANTIN OPRIS BAIA MARE	20.07.2023	DM identificate în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea Legea 95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Dispozitive medicale aflate în utilizare fără mentenanță asigurată - încălcarea Legea 95/2006 Art. 933 (1) lit. d)	
406	SSP-BUCUREȘTI	SAN DENT AVANGARDE SRL	20.07.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
405	SSP-BUCUREȘTI	ASCO 90 SRL	19.07.2023	Lipsă producător în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
404	SSP-BUCUREȘTI	CMI ROSCA IRINA MIRELA	19.07.2023	DM identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
403	SSP-BUCUREȘTI	MEDART SOLUTIONS SRL	19.07.2023	Dispozitive medicale falsificate însoțite de documente de conformitate falsificate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. j) Lipsă registru unic de control fapta ce constituie contravenție potrivit art 8 lit b) din Legea 252/2003	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (10)
402	UTI CRAIOVA	PROFI ROM FOOD SRL	18.07.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
401	SSP-BUCUREȘTI	ANDCOR SRL	18.07.2023	Lipsă producător în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	

400	UTI CRAIOVA	DINTISOR CARE SRL	18.07.2023	DM identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
399	UTI CRAIOVA	ROMPETROL DAWNSTREAM SRL	18.07.2023	Lipsă punct de lucru din avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 art. 927 (4)	
398	SSP-BUCUREȘTI	MED-SPORT INTERNATIONAL SRL	18.07.2023	Dispozitive medicale aflate în utilizare fără mentenanță asigurată - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d) DM identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)
397	UTI ORADEA	BEST MEDIC MAG	17.07.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea Legea 95/2006 Art 927 (4)	
396	SSP-BUCUREȘTI	MAGIC FAMILY DENT	17.07.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
395	SSP-BUCUREȘTI	POLICLINIC DENTAL DISTRIBUTION SRL	14.07.2023	Dispozitive medicale falsificate însoțite de documente de conformitate falsificate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. j)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (10)
394	SSP-BUCUREȘTI	PROMED SOLUTION MD SRL	13.07.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare conform L95/2006 Art. 935 (2)
393	SSP-BUCUREȘTI	3D DENTAL GRUP SRL	13.07.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
392	SSP-BUCUREȘTI	CMI DR MICLEA ILEANA MADALINA MEDICINA DENTARA	13.07.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
391	UTI ORADEA	MARIDENT CLINIC SRL	13.07.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

390	SSP-BUCUREȘTI	DASCO DISTRIBUTION CONCEPT SRL	13.07.2023	Documente de conformitate prezentate în mod fals - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
389	UTI IAȘI	DIADRADENT DENTAL CLINIC SRL	12.07.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
388	SSP-BUCUREȘTI	ARA ART DENT STUDIO SRL	10.07.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
387	SSP-BUCUREȘTI	MEDICAL DEVICE STORE SRL	10.07.2023	Lipsă producător în aviz - încălcarea L95/2006 Art. 927 (4)	
386	UTI IAȘI	TRANSMED EXPERT SRL	10.07.2023	Au fost identificate în utilizare DM fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
385	UTI CRAIOVA	ROYALLE DENTAL CARE SRL	10.07.2023	DM identificate în utilizare aflate în afara termenului de valabilitate - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. b)	Interzicerea utilizării dispozitivelor medicale aflate înafara perioadei de valabilitate, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. e)
384	UTI TIMIȘOARA	CABINET MEDICAL DE MEDICINA DENTARA DENTAL CORNER SRL	07.07.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
383	SSP-BUCUREȘTI	ALPHA BRIO MEDICAL SRL	06.07.2023	Lipsă producător în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
382	UTI TIMIȘOARA	NEUROTIM MED S.R.L	06.07.2023	Dispozitivele medicale aflate în utilizare nu au asigurată mentenanța - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d) Ecograf fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	Interzicerea utilizării DM neconforme, potrivit L 95/2006 Art.935 (1) lit. h)
381	UTI CRAIOVA	2 A FARM SRL	06.07.2023	Documente de conformitate prezentate în mod fals - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k) Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)

380	UTI ORADEA	VILEUS MED COM SRL	05.07.2023	Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
379	UTI TIMIȘOARA	CABINET DENTAL COLIBASANU SRL	05.07.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
378	UTI TG MUREȘ	CABINET STOMATOLOGIC DIADENT	05.07.2023	RX Dentar identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea Legea 95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind înstituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea Legea 95/2006 Art. 933 (1) lit. g)	
377	SSP-BUCUREȘTI	CMI Dr. LAZAR SORIN CABINET STOMATOLOGIE SRL	05.07.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
376	SSP-BUCUREȘTI	DIGITAL DENTAL LAB	05.07.2023	Sterilizator fără buletin de verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
375	SSP-BUCUREȘTI	SYMBIO DENT SRL	05.07.2023	DM identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
374	UTI CRAIOVA	MATEIAN IDEAL GROUP SRL	04.07.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1) Lipsă documente conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a) Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
373	UTI CRAIOVA	CENTRUL MEDICAL DR. PIRGARU SRL	04.07.2023	DM identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

372	SSP-BUCUREȘTI	MEDICAL OCUPATIONAL SRL	04.07.2023	Dispozitive medicale aflate în utilizare fără mentenanță asigurată - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d) DM identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. j)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)
371	UTI CRAIOVA	NEODENTAL CLINIC SRL	04.07.2023	DM fără buletin verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f). Dispozitiv medical etichetat neconform - identificat la utilizare (lipsa producator, reprezentant autorizat) - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. j)	Interzicerea utilizării DM neconforme potrivit L95/2006 art.935 (1) lit.h)
370	UTI ORADEA	CMI DR HAJDU ALICE	03.07.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f) Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
369	SSP-BUCUREȘTI	KORONA MEDCOM SRL	03.07.2023	DM identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
368	SSP-BUCUREȘTI	PANORAMICA DENT SRL	03.07.2023	Lipsă decizie numire persoană responsabilă cu menținerea evidenței dispozitivelor medicale aflate în utilizare -încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit c)	

367	UTI TG MUREȘ	SC PROVIDENT SRL	03.07.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea Legea 95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
366	SSP-BUCUREȘTI	VIOMED CONSUM SRL	03.07.2023	Lipsă producător în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
365	UTI TG MUREȘ	SC PALAS COM SRL	30.06.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
364	SSP-BUCUREȘTI	CENTRUL MEDICAL NICOMEND SRL	30.06.2023	DM identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
363	SSP-BUCUREȘTI	ORTHO-SHOP SRL	30.06.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
362	UTI IAȘI	PRO LIFE CLINICS SRL	30.06.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. j)	Interzicerea utilizării dispozitivelor medicale neconforme, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)
361	UTI TG MUREȘ	DARINA COM SRL	29.06.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
360	UTI IAȘI	SANTE FARM SRL	29.06.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de OUG 46/2021 Art.28 lit. k)	Retragerea de pe piață și/sau interzicerea utilizării și a introducerii pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
359	UTI DEVA	X-RAY DIGITAL SRL	28.06.2023	Rx dentar intraoral în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	

358	UTI CRAIOVA	CMI DR GIURGIULESCU IONUT EUGEN	28.06.2023	Lipsă documente conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	
357	SSP- BUCUREȘTI	IMPLANT & ESTHETICS MEDICAL CENTER SRL - BUCUREȘTI	28.06.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
356	UTI CRAIOVA	SUPECO INVESTMENT SRL	28.06.2023	Lipsă producător(i) / punct lucru în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4) Lipsă documente conformitate- încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
355	UTI CRAIOVA	ROUMASPORT SRL	27.06.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1) Lipsă documente conformitate- încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a) Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
354	SSP- BUCUREȘTI	TUD MEDICAL EXPERT	27.06.2023	DM identificat în utilizare fără documente de achiziție și de conformitate - încălcarea L95/2006, art. 933 (1) f)	
353	UTI TG MUREȘ	PRODENTALUX SRL	26.06.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. c) Sterilizator identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 alin (1) lit. h)	
352	SSP- BUCUREȘTI	PROMED SOLUTION MD SRL - BUCUREȘTI	23.06.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare conform L95/2006 Art. 935 (1) lit. a

351	UTI ORADEA	NEOMED SRL	23.06.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4) Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
350	SSP-BUCUREȘTI	LUCA DENT SRL	23.06.2023	DM identificate în utilizare aflate în afara termenului de valabilitate - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. b)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. e)
349	UTI ORADEA	CMI DR CHIVARI EDIT	22.06.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f) Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
348	UTI TG MUREȘ	MEDIMFARM TOPFARM SA	22.06.2023	Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
347	UTI DEVA	KYO ENERGY SRL	22.06.2023	Sterilizator cu abur si aparat anestezie în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
346	SSP-BUCUREȘTI	OXYGEN HEALTH THERAPY SRL	22.06.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. k)	Interzicerea utilizării echipamentului Camera Hiperbară Multiplace, model Oxilife C3.4 locuri, în scop de diagnosticare, prevenire, monitorizare, prevedere, prognozare, tratament sau ameliorarea unei boli, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. j)
345	UTI IAȘI	DEROM DENTAL INTERNATIONAL	20.06.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)

344	SSP-BUCUREȘTI	POLICLINIC DENTAL DISTRIBUTION SRL	20.06.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMD Dispozitive medicale - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
343	UTI DEVA	OMNIADENT SRL	20.06.2023	Sterilizator cu abur si Rx dentar identificate în utilizare fără buletine de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
342	UTI CRAIOVA	CADIAX MED SRL	20.06.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
341	UTI IAȘI	SIMBOL S SRL	20.06.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 art. 927 (1) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor generale ale importatorilor - încălcarea OUG 46/2021 Art.28 lit. j)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a) Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (10)
340	UTI TG MUREȘ	SC DADENT SRL	19.06.2023	Sterilizator și Ap. Radiologie identificate în utilizare fără buletine de verificare periodică emise de ANMDMR încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
339	UTI TIMIȘOARA	CABINET MEDICAL STOMATOLOGIC DR DINU CRISTIAN DORIN SRL	19.06.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
338	UTI TG MUREȘ	OBLIO COM SRL	16.06.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
337	UTI ORADEA	DENTISIM SRL	16.06.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
336	UTI TG MUREȘ	FARMACIA BEKY	16.06.2023	Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)

335	UTI TIMIȘOARA	BIODENTARIUM CLINICA VERDE SRL	16.06.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică-încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
334	UTI ORADEA	ALTEX ROMÂNIA SRL	15.06.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
333	SSP-BUCUREȘTI	SARAH FARM-MED IMPEX SRL - CHIAJNA	15.06.2023	Lipsă producător în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
332	UTI ORADEA	OSVADENT SRL	14.06.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
331	SSP-BUCUREȘTI	AESTHETICS ONE DENTAL CENTER SRL	14.06.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
330	SSP-BUCUREȘTI	CRISTALIN IMPORT-EXPORT SRL	14.06.2023	Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 art. 28 lit j)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (10)
329	UTI IAȘI	CADENTIS SRL	14.06.2023	Dispozitive medicale aflate în utilizare aveau mentenanța asigurată de către unități neavizate pentru această activitate de către ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d)	Interzicerea utilizării dispozitivelor medicale neconforme, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)
328	SSP-BUCUREȘTI	IMPORT DISTRIBUTIO N SRL	13.06.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare conform L95/2006 Art. 935 (1) lit. a
327	UTI DEVA	PRAXIMED HD SRL	13.06.2023	Electrocardiograf si ecograf identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
326	SSP-BUCUREȘTI	MEDCENTER SRL	13.06.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

325	UTI CRAIOVA	CMI GAVRILA D. MIRELA	13.06.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. k) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	Interzicerea utilizării echipamentelor care nu sunt declarate dispozitive medicale, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. j)
324	UTI CRAIOVA	CABINET MEDICAL DR. ȘTEFAN SIMONA-LIANA SRL-CRAIOVA	13.06.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. k)	Interzicerea utilizării echipamentelor care nu sunt declarate dispozitive medicale, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. j)
323	UTI CRAIOVA	DR.MAX SRL	13.06.2023	Lipsă documente conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
322	UTI IAȘI	DIAMOND ESTET SRL	12.06.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
321	UTI ORADEA	STOMALUX SRL	08.06.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
320	UTI TIMIȘOARA	PARA-LUXADENT SRL	08.06.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
319	UTI CRAIOVA	PROFESIONAL LASER DENT SRL	08.06.2023	DM identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
318	SSP-BUCUREȘTI	EURODENT BIANCHI SRL	08.06.2023	DM identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
317	SSP-BUCUREȘTI	ASIST DENT SRL	08.06.2023	DM identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

316	UTI CRAIOVA	FARMACIA TREI F SRL	08.06.2023	Lipsa documente de conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea introducerii pe piață a DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
315	UTI ORADEA	CMI DR CONTA CRISTIAN DORIN	07.06.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
314	UTI ORADEA	CARRFOUR ROMÂNIA SA	07.06.2023	Dispozitive medicale în afara perioadei de valabilitate aflate la comercializare -încălcare OUG 46/2021 Art 28 lit. k) Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR – încălcarea L95/2006 art. 927 (4) Lipsă documente de conformitate - încălcare OUG 46/2021 Art 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11) Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
313	UTI DEVA	DUAL MEDICOM SRL	06.06.2023	Rx intraoral si Rx panoramic identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
312	SSP-BUCUREȘTI	CABINETUL DR. SLEIMAN MOURTADASPECIALITATI: MEDICINA DENTARA SI CHIRURGIE OROMAXILO FACIALA	06.06.2023	DM identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
311	SSP-BUCUREȘTI	TODA INTERNATIONAL	06.06.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4) DM etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 art. 28 lit j)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (10)

310	UTI IAȘI	DENT ALL CLINIC SRL	31.05.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. c) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f) Au fost constatate neconformități privind instituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g)	
309	UTI CRAIOVA	DR CIUCA SRL	31.05.2023	DM fără buletin verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
308	SSP-BUCUREȘTI	MEDICOVER HOSPITALS SRL	31.05.2023	Nerespectarea de către instituțiile sanitare a prevederilor art. 5 alin. (1) și (3), referitoare la furnizarea cardului de implant și a informațiilor de identificare și de utilizare a acestuia - încălcarea OUG 46/2021, Art. 28, lit. ai)	
307	SSP-BUCUREȘTI	CMI DR. BUICA RAMONA-MARIA MEDICINA DENTARA	31.05.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
306	SSP-BUCUREȘTI	CENTRUL MEDICAL ARENA SRL	31.05.2023	Dispozitive medicale aflate în utilizare fără mentenanță asigurată - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d) Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	

305	UTI IAȘI	SIMPLY SMILING SRL	31.05.2023	Dispozitive medicale aflate în utilizare aveau mentenanța asigurată de către unități neavizate pentru această activitate de către ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d)	Interzicerea utilizării dispozitivelor medicale neconforme, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)
304	UTI TG MUREȘ	MARENTOP EXIM SRL	30.05.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
303	UTI IAȘI	DEL V SRL	30.05.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
302	SSP-BUCUREȘTI	CMI ALEGICA ANCA LAURA	30.05.2023	Dispozitivele medicale aflate în utilizare nu au asigurată mentenanța - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d)	
301	UTI CRAIOVA	KAUFLAND ROMANIA SCS	30.05.2023	Documente de conformitate prezentate în mod fals - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea introducerii pe piață a DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
300	UTI CRAIOVA	SYNEVO ROMANIA SRL	29.05.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
299	UTI CRAIOVA	CR DENTAL SRL	29.05.2023	DM fără buletin verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
298	SSP-BUCUREȘTI	AESTHETIC ORAL DESIGN SRL	29.05.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
297	UTI TG MUREȘ	DENTALCENTRUM SRL	24.05.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. c) Sterilizator identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR încălcarea L95/2006 Art. 933 alin (1) lit. h)	

296	UTI TIMIȘOARA	ENDOBALOI SRL	24.05.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
295	SSP- BUCUREȘTI	STRUMFI S ARK DENT	24.05.2023	DM identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
294	SSP- BUCUREȘTI	AL HAYANI WORKFORCE SRL	23.05.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare conform L95/2006 Art. 935 (1) lit. a
293	UTI IAȘI	SOFIMED IASI SRL	23.05.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
292	SSP- BUCUREȘTI	CABINETUL DR. FRANT GALINA - SPECIALITATE MEDICINA DENTARA	23.05.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. c) Au fost constatate neconformități privind înstituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g)	
291	UTI TG MUREȘ	CMI BACI LAURA VIORICA	22.05.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
290	UTI IAȘI	RODERMA SRL	22.05.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
289	SSP- BUCUREȘTI	STOMART SRL	22.05.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

288	SSP-BUCUREȘTI	FM MEDIDENT SRL	22.05.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
287	SSP-BUCUREȘTI	MEDROM MEDICAL SYSTEMS	19.05.2023	Lipsa categoriei și grupa de dispozitive medicale în avizul de funcționare încălcarea L95/2006, art. 927 (4)	
286	SSP-BUCUREȘTI	EVRIKA DENT SRL	19.05.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
285	SSP-BUCUREȘTI	ABB MEDTEC SRL	19.05.2023	Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 art. 28 lit k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
284	UTI IAȘI	UNIDENT NORD EST SRL	18.05.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
283	SSP-BUCUREȘTI	TOTAL SANTE SRL	18.05.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
282	SSP-BUCUREȘTI	CMI DR. YAHYA ASLAM	18.05.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
281	UTI IAȘI	PHARMALIFE MED SRL	18.05.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de OUG 46/2021 Art.28 lit. k)	Retragerea de pe piață și/sau interzicerea utilizării și a introducerii pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
280	UTI IAȘI	AMARYS SERV GROUP SRL	17.05.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 art. 927 (1) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor generale ale importatorilor - încălcarea OUG 46/2021 Art.28 lit. j)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a) Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (10)
279	UTI TG MUREȘ	OXCART MEDICAL SRL	17.05.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	

278	UTI DEVA	AMERI DENTAL SRL	17.05.2023	Sterilizator identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
277	UTI CRAIOVA	MF CLIN EXPRES SRL	17.05.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
276	UTI CRAIOVA	DENTIST FACTORY SRL	17.05.2023	DM fără buletin verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
275	UTI CRAIOVA	LUKOIL ROMANIA SRL	17.05.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
274	SSP-BUCUREȘTI	DENTAL STUDIO PLUS SRL	17.05.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare aflate în afara termenului de valabilitate - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. b)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. e)
273	UTI TG MUREȘ	SC DENTODIN SRL	16.05.2023	Au fost constatate neconformități privind instituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g)	
272	SSP-BUCUREȘTI	BROTAC MEDICAL CENTER SRLBUCURESTI	16.05.2023	Impiedicare actului de control - încălcarea L95/2006, art. 935 (1) g)	
271	SSP-BUCUREȘTI	CSS DENTAL SRL-BUCURESTI	16.05.2023	DM identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

270	UTI IAȘI	GHEUCA SOLOVASTRU N. LAURA CABINET MEDICAL INDIVIDUAL LAUDERMA	15.05.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f) Au fost constatate neconformități privind înstituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g)	
269	UTI DEVA	ROMGER DIAGNOSTICA SRL	15.05.2023	Electrocardiograf si ecograf identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
268	SSP- BUCUREȘTI	ATLANCO EXIM SRL	12.05.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
267	SSP- BUCUREȘTI	IMPLANT DENT TEHNIC SRL	12.05.2023	Dispozitivele medicale aflate în utilizare nu au asigurată mentenanța - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d)	Interzicerea utilizării DM neconforme, potrivit L 95/2006 art.935 (1) lit. h)
266	UTI IAȘI	CENTRUL MEDICAL ANGIOMED SRL	11.05.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
265	UTI DEVA	SAGA SRL	11.05.2023	Sterilizator si ecograf identificate în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
264	SSP- BUCUREȘTI	GAMA CLINIC CENTER SRL	11.05.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
263	UTI CRAIOVA	MENDELSON SRL	10.05.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)

262	UTI CRAIOVA	CM DUMITERESCU DALILA SRL - CRAIOVA	10.05.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
261	SSP-BUCUREȘTI	STAR MED 2001 SRL	10.05.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
260	UTI CRAIOVA	FARMACIA TREI F SRL	10.05.2023	Lipsă documente conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
259	SSP-BUCUREȘTI	CMI DR. PORTELLI ANTONIO	09.05.2023	Au fost constatate neconformități privind instituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g)	
258	SSP-BUCUREȘTI	UNIDENT PLUS SRL	05.05.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare conform L95/2006 Art. 935 (1) lit. a
257	SSP-BUCUREȘTI	GAMA INTERNAȚIONAL SRL	05.05.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
256	UTI ORADEA	CMI DR ROMAN CARMEN	05.05.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
255	UTI ORADEA	CMI DR VOIȚĂ GHEORGHE FLORIN	05.05.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
254	UTI IAȘI	AKAD G. MARIACABINET MEDICAL INDIVIDUAL OBSTETRICAGINECOLOGIE "MERIMED"	05.05.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

253	UTI TIMIȘOARA	CBS MEDCOM HOSPITAL SRL	05.05.2023	Utilizare dispozitive medicale neconforme încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. j)	Interzicerea utilizării DM neconforme, potrivit L 95/2006 Art.935 (1) lit. h)
252	UTI CRAIOVA	AL SHEFA FARM SRL	05.05.2023	Lipsă documente conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
251	UTI IAȘI	DENTAL AVA SRL	04.05.2023	Dispozitivele medicale aflate în utilizare nu au asigurată mentenanța - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d)	Interzicerea de la utilizare a DM neconforme potrivit Legii 95/2006 Art.935 (1) lit. h)
250	UTI CRAIOVA	JUMBO EC.R SRL	04.05.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR Încălcarea L95/2006 Art. 927 (1) Lipsă documente conformitate- încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a) Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
249	SSP- BUCUREȘTI	GY MEDICAL SOLUTIONS SRL	04.05.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
248	UTI TG MUREȘ	DENTA AUR	04.05.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
247	UTI TG MUREȘ	CHIRODERMATOLOGIE	04.05.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

246	SSP-BUCUREȘTI	CMI DR PETCU DANIEL BOGDAN- MEDICINA DENTARA: IMPLANTOLOGIE PARODONTOLOGIE CABINET MEDICAL INDIVIDUAL "DR. PETCU DANIEL BOGDAN - MEDICINA DENTARA; IMPLANTOLOGIE; PARODONTOLOGIE"	04.05.2023	Electrocauter fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
245	SSP-BUCUREȘTI	PULS MEDICA SA	04.05.2023	Dispozitive medicale aflate în utilizare fără mentenanță asigurată - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. c) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f) Au fost constatate neconformități privind înstituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)
244	SSP-BUCUREȘTI	SANITO DISTRIBUTION	03.05.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
243	UTI ORADEA	CMI DR MATEI CRISTINA GEORGETA	03.05.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f) Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

242	UTI TG MUREȘ	DR. MARTON CSONGOR LEHEL CMI MADENT	03.05.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
241	UTI ORADEA	MEGA IMAGE SRL	02.05.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
240	SSP-BUCUREȘTI	MEDIZIN TECHNOLOGIES	02.05.2023	Lipsă punct de lucru in aviz - -încălcarea L95/2006 Art. 927 (4) Lipsă producător în aviz - încălcarea L95/2006 Art. 927 (4)	
239	SSP-BUCUREȘTI	KADAKO ACCES SRL	28.04.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare conform L95/2006 Art. 935 (1) lit. a
238	UTI ORADEA	DESIRA IMPEX SRL	28.04.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
237	UTI TIMIȘOARA	SHINE AND SMILE SRL	28.04.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică-încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
236	SSP-BUCUREȘTI	CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR.PLOAIE ANDREI	28.04.2023	DM identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
235	SSP-BUCUREȘTI	JUST MASTER ACTIVITIES SRL	28.04.2023	Etichetă neconformă: reprezentant autorizat fals - încălcarea OUG 137/2022 Art. 17 lit. i) Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Se dispune retragerea de pe piață și/sau interzicerea utilizării și a introducerii pe piață a dispozitivului medical pentru diagnostic in vitro neconform potrivit OUG 137/2022 Art. 18(8)

234	UTI TG MUREȘ	AVA MEDICAL SERVICES SRL	26.04.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
233	UTI ORADEA	CMI DR ZAHARIE RAUL DANIEL	26.04.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
232	UTI IAȘI	TIA DENT CLINIC SRL	26.04.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
231	UTI CRAIOVA	VITAPLUS MEDCLIN SRL	26.04.2023	Ecograf fără buletin verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
230	SSP-BUCUREȘTI	ADE CLINIC SRL	26.04.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
229	SSP-BUCUREȘTI	CMI DR. TUDOS VIOREL	26.04.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
228	SSP-BUCUREȘTI	CENTRUL MEDICAL PRONIA	25.04.2023	Ecograf fără buletin de verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
227	UTI ORADEA	SC VIVADENT SRL	24.04.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f) Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
226	UTI TG MUREȘ	METRO CASH & CARRY SRL	24.04.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	

225	SSP-BUCUREȘTI	MATEO-DENT SRL	24.04.2023	Lipsă persoană desemnată - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.c Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
224	UTI TG MUREȘ	REWE (ROMANIA) SRL	21.04.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
223	UTI DEVA	BIOMED DORIS SRL	21.04.2023	Sterilizator identificat în utilizare fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
222	UTI IAȘI	CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT SRL	20.04.2023	Dispozitivele medicale aflate în utilizare nu au asigurată mentenanța - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d) DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. c) Au fost constatate neconformități privind instituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g)	Interzicerea de la utilizare a DM neconforme potrivit Legii 95/2006 Art.935 (1) lit. h)
221	UTI TG MUREȘ	COMAY SRL	20.04.2023	Dispozitive medicale in vitro etichetate neconform -încălcarea OUG 137/2022 Art. 17 lit. j)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 137/2022 Art. 18 (9)
220	SSP-BUCUREȘTI	AMERICAN NEUROSURGERY CLINIC SRL	20.04.2023	Operatorul economic nu a furnizat toate informațiile către pacient conform art. 18 din Reg 2017/745 - încălcarea OUG 46/2021 art. 28 lit ai)	

219	UTI ORADEA	ARTISAN SRL	20.04.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare aflate în afara termenului de valabilitate - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. b) Au fost constatate neconformități privind înstituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. e)
218	UTI ORADEA	CMI DR DRAGOȘ DIANA-CARMEN	19.04.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f) Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
217	UTI IAȘI	DERMA CLINIQUE STOLERIU GABRIELA SRL	19.04.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
216	SSP-BUCUREȘTI	EMBRYOS FERTILITY CLINIC	19.04.2023	Institutia sanitara nu a furnizat informatii de identificare ale cardului de implant încălcarea OUG 46/2021 Art.28 lit. ai)	
215	SSP-BUCUREȘTI	MENTOR ENERGY SRL	19.04.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
214	UTI TG MUREȘ	CARLA ENERGY SRL	13.04.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
213	UTI ORADEA	CMI DR ROMOCEA ADINA	13.04.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

212	SSP- BUCUREȘTI	CMI DR. FRATILESCU ELENA ADRIANA- CHIRURGIE PLASTICA- MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ	13.04.2023	Dispozitivele medicale aflate în utilizare nu au asigurată mentenanța - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d) Lipsă registru de evidență al dispozitivelor medicale aflate în utilizare actualizat - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g Lipsă persoană desemnată - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. c	Interzicerea utilizării DM neconforme, potrivit L 95/2006 art.935 (1) lit. h)
211	UTI TG MUREȘ	SMILE KLINIK EXPERT SRL	12.04.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
210	SSP- BUCUREȘTI	CIRCO DENTISTRY SRL	12.04.2023	DM identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
209	UTI ORADEA	TRIDIMENSIONAL SERV SRL	11.04.2023	Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
208	UTI IAȘI	EL MASRY M. ABDELSALAM CABINET MEDICAL OBSTETRICĂ GINECOLOGIE YASMINMED	11.04.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
207	UTI CRAIOVA	DIAB SAN SRL	11.04.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
206	UTI CRAIOVA	CMI DR. ANCA ALIN GEORGE	11.04.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
205	SSP- BUCUREȘTI	H&A CANADA DENTAL CLINIC SRL	11.04.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

204	UTI ORADEA	CMI DR BACIU IOAN	11.04.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare aflate în afara termenului de valabilitate - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. b) Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. e)
203	UTI CRAIOVA	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	11.04.2023	Lipsă producători/ punct de lucru în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4) Lipsă documente conformitate- încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
202	UTI IAȘI	CLINICA ALBERT SRL	10.04.2023	Dispozitive medicale aflate în utilizare aveau mentenanța asigurată de către unități neavizate pentru această activitate de către ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d)	Interzicerea de la utilizare a DM neconforme potrivit L 95/2006 art.935, lit. h)
201	UTI DEVA	ZEPTER INTERNATIONAL ROMANIA IMPORT EXPORT SRL	10.04.2023	Nerespectarea atribuțiilor importatorilor - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28, lit j)	Interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (10)
200	UTI CRAIOVA	AUCHAN ROMANIA SA	10.04.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4) Documente de conformitate prezentate în mod fals - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
199	UTI IAȘI	STYLE DENT SRL	07.04.2023	DM identificate în utilizare aflate în afara termenului de valabilitate - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. b)	Interzicerea de la utilizare a DM neconforme potrivit Legii 95/2006 Art.935 (1) lit. e)
198	UTI IAȘI	EXPERTDENTAR.R O SRL	07.04.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)

197	UTI ORADEA	OMV PETROM MARKETING SRL	07.04.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
196	UTI ORADEA	ORTOPROFIL PROD ROMÂNIA SRL	07.04.2023	Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
195	UTI TG MUREȘ	DM DROGERIE MARKT SRL	06.04.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
194	SSP-BUCUREȘTI	CMI DR. BUCIOACA MANUELA - ELENA	06.04.2023	DM identificate în utilizare aflate în afara termenului de valabilitate - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. b)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. e)
193	UTI IAȘI	SABOTI MEDICINALI.RO SRL	05.04.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
192	UTI CRAIOVA	FANTRICOM SRL	05.04.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - Încălcarea L95/2006 art. 927 (1) Lipsă instrucțiuni de utilizare în limba română, iar dm ce se regasesc în trusa nu au menționat în limba română denumirea ”RO - Încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare conform L95/2006 Art. 935 (1) lit. a) Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
191	UTI ORADEA	ANKO CONCEPT SRL	05.04.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1) Lipsă documente de conformitate - încălcare OUG 46/2021 Art 28 lit. k)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a) Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
190	UTI TG MUREȘ	DIANTHUS PRES SRL	05.04.2023	Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)

189	UTI IAȘI	HUFMED SRL	05.04.2023	Operatorul economic nu a informat ANMDMR în legătură cu modificările aduse condițiilor care au stat la baza emiterii avizului de funcționare - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
188	UTI DEVA	CMI DR BLAJ CONSTANTIN	05.04.2023	Defibrilator identificat în utilizare fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
187	SSP-BUCUREȘTI	PERFECT SMILE STUDIO SRL	05.04.2023	DM identificate în utilizare aflate în afara termenului de valabilitate încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. b)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. e)
186	SSP-BUCUREȘTI	CMI DR.AVRAM ALEXANDRA	04.04.2023	DM identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
185	SSP-BUCUREȘTI	MEDICAL ORTOVIT SRL	04.04.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
184	UTI CRAIOVA	PRIMA MEDICAL SRL	03.04.2023	Au fost constatate neconformități privind raportarea incidentelor în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. e) Au fost constatate neconformități privind instituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. c)	
183	SSP-BUCUREȘTI	MEDICAL&GRAIN S SUPPLIES SRL	03.04.2023	Documente de conformitate CE falsificate pentru dispozitive medicale - încălcarea OUG 46 Art.28 lit k)	
182	SSP-BUCUREȘTI	NOBLESSE MEDICAL OPTIC	03.04.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	

181	UTI ORADEA	UNICARM SUPERMARKET SRL	31.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
180	UTI ORADEA	FAMILY MARKET EDINA SRL	31.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
179	UTI IAȘI	PROMEDICANON SRL	31.03.2023	Ecograf si electrocardiograf identificate în utilizare fără buletine de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind instituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g) Dispozitive medicale aflate în utilizare aveau mentenanța asigurată de către unități neavizate pentru această activitate de către ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d)	Interzicerea utilizării dispozitivelor medicale neconforme, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)
178	UTI ORADEA	SOCIETATE DE COMERT PRESTCOM SRL	30.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
177	SSP- BUCUREȘTI	STORCH FRAZ- MATEI	30.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)

176	SSP- BUCUREȘTI	BIOLAB SCIENTIFIC SRL	30.03.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4) Operatorul economic a încălcă prevederile stabilite de art.14 din Reg. 745/2017 privind obligațiile generale ale distribuitorului - încălcarea OUG 46/2021 art. 28 lit k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
175	UTI TIMIȘOARA	CABINET MEDICAL DOCTOR BRAN SRL	30.03.2023	Dispozitivele medicale aflate în utilizare nu au asigurată mentenanța - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d) Ecograf fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	Interzicerea utilizării DM neconforme, potrivit L 95/2006 Art.935 (1) lit. h)
174	UTI CRAIOVA	KAUFLAND ROMANIA SCS	30.03.2023	Documente de conformitate prezentate în mod fals - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k) Lipsă manual de utilizare pentru amplificator auditiv JH- 906 (dispozitiv medical nu prezintă atenționarea de a consulta un specialist înainte de utilizare) - încălcarea OUG 46/2021 Art.28 lit.k)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
173	UTI IAȘI	DRUG G. LIVIA CABINET STOMATOLOGIC	29.03.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
172	UTI IAȘI	ALPIS MEDICAL SRL	29.03.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
171	SSP- BUCUREȘTI	CMI DR. BUCUR ANDREI CRISTIAN	29.03.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
170	SSP- BUCUREȘTI	CABINETUL DR. ZAMFIRACHE IOANA ADRIANA- SPECIALITATE MEDICINA DENTARĂ CMI	29.03.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

169	SSP-BUCUREȘTI	RODENTA SRL	29.03.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
168	UTI CRAIOVA	PROFI ROM FOOD SRL	29.03.2023	Lipsă producător(i) / punct lucru în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4) Lipsă documente conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
167	UTI CRAIOVA	PEDINA SRL	28.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1) Lipsă documente conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a) Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
166	UTI CRAIOVA	SELIDA GAS SRL	28.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1) Lipsă documente conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a) Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
165	SSP-BUCUREȘTI	S.I.T.E.A ROMANIA SRL	28.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare conform L95/2006 Art. 935 (1) lit. a
164	SSP-BUCUREȘTI	EFRALL NOVA CONCEPT SRT	28.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare conform L95/2006 Art. 935 (1) lit. a
163	SSP-BUCUREȘTI	MB ESTETICART SRL	28.03.2023	Au fost constatate neconformități privind raportarea incidentelor în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. e)	

162	UTI IAȘI	ELPROMA EL SRL	27.03.2023	Lipsa aviz de funcționare emis de ANMDMR pentru activitatea de instalare/întreținere aparatura medicala - - încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea activitatii neavizate pana la obtinerea avizului de functionare potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
161	UTI DEVA	BIVARIA GRUP SRL	27.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
160	UTI IAȘI	GLISSANDO SRL	24.03.2023	DM identificate în utilizare aflate în afara termenului de valabilitate - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. b) DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	Interzicerea de la utilizare a DM neconforme potrivit Legii 95/2006 Art.935 (1) lit. e)
159	UTI IAȘI	CARDIOSS CMB SRL	24.03.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
158	SSP-BUCUREȘTI	HTP MEDICAL SRL	24.03.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
157	SSP-BUCUREȘTI	DENTEX SRL	23.03.2023	Operatorul a prezentat documente de conformitate falsificate - -încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k) Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	Interzicerea introducerii pe piață a dispozitivului medical neconform art. 29 (11) oug 46/2021
156	UTI TG MUREȘ	ROMSOUND SRL	23.03.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
155	SSP-BUCUREȘTI	EASY DENT SERV SRL	22.03.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

154	UTI DEVA	SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA	22.03.2023	Neraportare incidente - incalcarea L. 95/2006 Art. 933 (1) lit e) Asigurarea mentenantei dispozitive medicale cu operator economic neavizat- incalcarea L. 95/2006 Art. 933 (1) lit d)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)
153	UTI ORADEA	CMI DR SIME MONICA IOANA	21.03.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
152	UTI ORADEA	CMI DR POP ALEXANDRU VOICU	21.03.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
151	SSP- BUCUREȘTI	IMPARI LINE SRL	20.03.2023	Operatorul a prezentat documente de conformitate falsificate - -încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k) Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea introducerii pe piață a dispozitivului medical neconform, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (10)
150	SSP- BUCUREȘTI	TOM-DENT SRL	20.03.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare aflate în afara termenului de valabilitate - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. b) Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind înstituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. e)
149	UTI IAȘI	TUDOR RADULESCU C. ANDREEA ELENA CMI MEDICINA DENTARA SABINA DENT	20.03.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	

148	UTI DEVA	CLINICMED TIF SRL	20.03.2023	Ecograf fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
147	SSP- BUCUREȘTI	CLINICA DENTAL EXCELLENCE SERVICII STOMATOLOGICE	20.03.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
146	SSP- BUCUREȘTI	NOBLESSE MEDICAL CLINIQUE	18.03.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. c)	
145	UTI TG MUREȘ	ELAN-TRIO SRL	17.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
144	SSP- BUCUREȘTI	SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CONSTANTA - SFÂNTUL ANDREI	17.03.2023	Au fost constatate neconformități privind asigurarea unor condiții optime de păstrare și depozitare a dispozitivelor medicale - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. i) Dispozitive medicale aflate în utilizare fără mentenanță asigurată - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d) Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMD Dispozitive medicaleR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. e) Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)
143	UTI TG MUREȘ	FARMACIA SOCIALA SRL	17.03.2023	Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)

142	UTI TG MUREȘ	DENTATUS COMIMPEX SRL	17.03.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
141	UTI DEVA	INNOVATIVE DENTAL STUDIO	17.03.2023	Sterilizator identificat în utilizare fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
140	UTI CRAIOVA	MIHAI M. ILEANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA	16.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
139	UTI ORADEA	BARTA ATI SRL	16.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
138	UTI IAȘI	JADENT ANGEL SRL	16.03.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
137	UTI DEVA	ALFAMED SRL	16.03.2023	Electrocardiograf identificat în utilizare fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
136	SSP- BUCUREȘTI	DR. DRAGUSIN ANA CORINA	16.03.2023	Dispozitive medicale utilizate în afara perioadei de valabilitate -încălcarea L95/2006 art. 933 (1) lit. b) Sterilizator fără buletin verificare periodică încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	Interzicerea utilizării DM neconforme, potrivit L95/2006 art.935 (1) lit.e Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
135	UTI ORADEA	NICOVID SRL	15.03.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
134	UTI TG MUREȘ	MEDICAL FASHION SRL	15.03.2023	Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)

133	UTI TG MUREȘ	LUXPRIMUM SRL	15.03.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
132	SSP-BUCUREȘTI	DE. KIRILOVA DENT SRL	15.03.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
131	SSP-BUCUREȘTI	CMI RADU C. HORIA-MARIUS- GABRIEL	15.03.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
130	SSP-BUCUREȘTI	EVYDENT.RO- ECHIPA MEDICILOR TAI SRL	15.03.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
129	UTI ORADEA	MEEM SOFT SRL	14.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
128	SSP-BUCUREȘTI	PRECISION MEDICAL IMPLANTS USA - CONSTANTA	14.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
127	SSP-BUCUREȘTI	HEKA HOSPITAL (DIAGNOST SRL)	14.03.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. j) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)

126	UTI IAȘI	EDENTA RADIOLOGIE DENTARA SRL	14.03.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. c) Au fost constatate neconformități privind înstituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g)	
125	SSP- BUCUREȘTI	DENTEXPO GRUP SRL	14.03.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
124	UTI IAȘI	SEPADENT SRL	13.03.2023	Dispozitivele medicale aflate în utilizare nu au asigurată mentenanța - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d) DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	Interzicerea de la utilizare a DM neconforme potrivit Legii 95/2006 Art.935 (1) lit. h)
123	SSP- BUCUREȘTI	NECLEC SERVICES SRL	13.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
122	UTI CRAIOVA	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	13.03.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	

121	UTI CRAIOVA	LUGIA NEW SERV SRL	13.03.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4) Lipsa trasabilitate nr. lot mentionat pe eticheta dm si nr. lot mentionat pe ambalajul secundar-cutie, lipsă instrucțiuni de utilizare în limba romana si lipsa declaratiei de conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art.28 lit.k	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
120	UTI TIMIȘOARA	DENTAL CORECT SRL	10.03.2023	Rx dentar fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
119	SSP-BUCUREȘTI	CMI IONESCU ANCA MARIA	10.03.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
118	SSP-BUCUREȘTI	ELEFANT ONLINE SA	09.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
117	SSP-BUCUREȘTI	SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF. PANTELIMON	09.03.2023	Dispozitive medicale aflate în utilizare fără mentenanță asigurată - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f) Au fost constatate neconformități privind instituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g) Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	Interzicerea utilizării dispozitivelor medicale neconforme, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)

116	SSP-BUCUREȘTI	SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ BUCUREȘTI	09.03.2023	Au fost constatate neconformități privind asigurarea unor condiții optime de păstrare și depozitare a dispozitivelor medicale - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. i) Dispozitive medicale identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMD Dispozitive medicale R - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f) Au fost constatate neconformități privind instituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. e)
115	UTI TG MUREȘ	HENG YUAN SUPERCOM SRL	07.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
114	SSP-BUCUREȘTI	HENG YUAN SUPERCOM	07.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
113	SSP-BUCUREȘTI	DR PAYMAN MEDICAL CLINIC SRL	07.03.2023	Electrocauter fără buletin de verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
112	UTI IAȘI	RICE DENT SRL	06.03.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
111	UTI TIMIȘOARA	CMI DR ISTODORESCU BOGDAN	06.03.2023	Rx dentar fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	

110	UTI TG MUREȘ	DIV DOMCEZ SRL	03.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
109	UTI ORADEA	CMI DR DIMA RALUCA	03.03.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
108	SSP-BUCUREȘTI	Q-EURO DENTIMEX SRL	03.03.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
107	UTI ORADEA	DENTIS LASCU SRL	02.03.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
106	UTI IAȘI	AVICENA PROFERTIS SRL	01.03.2023	Dispozitivele medicale aflate în utilizare nu au asigurată mentenanța - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d) DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. c) Au fost constatate neconformități privind instituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g)	Interzicerea de la utilizare a DM neconforme potrivit Legii 95/2006 Art.935 (1) lit. h)
105	UTI ORADEA	MAGIC GALAXY MARKET SRL	01.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
104	SSP-BUCUREȘTI	ROM MED	01.03.2023	Dispozitive medicale aflate în utilizare fără mentenanță asigurată - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)

103	UTI TG MUREȘ	FELIX DENT SRL	01.03.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
102	UTI IAȘI	BAMBOI DENTISTRY SRL	01.03.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
101	SSP-BUCUREȘTI	CMI ARISTIDE DAN-ADRIAN	01.03.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
100	SSP-BUCUREȘTI	TEHNICAL DENT SRL	01.03.2023	Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 art. 28 lit j)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (10)
99	UTI CRAIOVA	OMV PETROM MARKETING SRL	28.02.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
98	UTI TG MUREȘ	SC PROFI ROM FOOD SRL	28.02.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
97	UTI TIMIȘOARA	SMILE CLINIC SRL	28.02.2023	Rx dentar fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
96	SSP-BUCUREȘTI	NOVOSAN SRL	28.02.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
95	SSP-BUCUREȘTI	NOVASAN SRL	28.02.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
94	UTI CRAIOVA	LIDL DISCOUNT SRL	28.02.2023	Lipsă documente conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)

93	SSP- BUCUREȘTI	H&A CANADA DENTAL SRL	27.02.2023	Unit dentar second-hand identificat în utilizare fără aviz de utilizare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 931 Dispozitiv medical (autoclav) aflat în utilizare fără mentenanță asigurată - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d) Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	Interzicerea de la utilizare a DM neconforme potrivit Legii 95/2006 Art.935 (1) lit. c)
92	UTI IAȘI	STRATU T. ION CMI "STRAMITT DENT" MEDICINA DENTARA	27.02.2023	DM identificate în utilizare aflate în afara termenului de valabilitate - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. b) Dispozitivele medicale aflate în utilizare nu au asigurată mentenanța - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d)	Interzicerea de la utilizare a DM neconforme potrivit Legii 95/2006 Art.935 (1) lit. e) Interzicerea de la utilizare a DM neconforme potrivit Legii 95/2006 Art.935 (1) lit. h)
91	UTI CRAIOVA	DENTAMED DISTRIBUTION SRL	27.02.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1) Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k) Lipsă documente conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a) Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
90	SSP- BUCUREȘTI	NOVA DENT ACTIV SRL	27.02.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare aflate în afara termenului de valabilitate - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. b)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. e)
89	SSP- BUCUREȘTI	CMI BACIU MIHAIL	27.02.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
88	UTI CRAIOVA	OLFARM SA	27.02.2023	Lipsă documente conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)

87	UTI DEVA	EUROMED APARATURA ELECTRONICA SI TEHNICA MEDICALA SRL	24.02.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
86	SSP-BUCUREȘTI	ANNE-MARI DENT SRL	24.02.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare aflate în afara termenului de valabilitate - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. b) Dispozitive medicale aflate în utilizare fără mentenanță asigurată - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. e) Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)
85	UTI ORADEA	BEST BEUTY SMILE SRL	24.02.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
84	UTI DEVA	NASTIMED SERV SRL	23.02.2023	Nerespectarea atribuțiilor importatorilor - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28, lit j) Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (4)	interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (10)
83	SSP-BUCUREȘTI	ALINA TONKO CMI MEDICINA DENTARA	23.02.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare aflate în afara termenului de valabilitate - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. b) Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. e)
82	SSP-BUCUREȘTI	DENTISAN DENTAL SRL	23.02.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
81	SSP-BUCUREȘTI	MEDI PRO CONSULT SRL	23.02.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

80	SSP-BUCUREȘTI	VIDADENT MD CLINIC SRL	22.02.2023	DM utilizate în afara perioadei de valabilitate - încălcarea L95/2006 art. 933 (1) lit. b) Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	Interzicerea utilizării DM neconforme potrivit L95/2006 art.935 (1) lit.e
79	UTI IAȘI	NECHIFOR V. MADELEINECFI DERMATO VENEROLOGIE	22.02.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
78	SSP-BUCUREȘTI	TURDA PHARM SRL	22.02.2023	Operatorul economic a încălcat prevederile stabilite de art.13 din Reg. 745/2017 privind obligațiile generale ale importatorului - încălcarea OUG 46/2021 art. 28 lit j)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (10)
77	UTI CRAIOVA	AL SHEFA FARM SRL	22.02.2023	Documente de conformitate prezentate în mod fals - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
76	UTI CRAIOVA	SUPECO INVESTMENT SRL	22.02.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4) Documente de conformitate prezentate în mod fals - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
75	SSP-BUCUREȘTI	FANPLACE IT SRL	21.02.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
74	UTI CRAIOVA	CNC DENTAL SRL	21.02.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) DM utilizate în afara perioadei de valabilitate Încălcarea L95/2006 art. 933 (1) lit. b)	Interzicerea utilizării DM neconforme potrivit L95/2006 art.935 (1) lit.e)
73	UTI ORADEA	JUMBO E.C.R SRL	21.02.2023	Lipsă documente de conformitate - încălcare OUG 46/2021 Art 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)

72	UTI DEVA	RAPSODIA PROD COM SRL	20.02.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
71	UTI CRAIOVA	MEDSANTIF PLUS SRL	20.02.2023	Etichetare neconformă - încălcarea OUG 46/2021 Art.28 lit.k	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
70	UTI ORADEA	CMI DR PRODAN ALINA-GRĂȚIANA	20.02.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
69	UTI TIMIȘOARA	MEDICAL LOGISTIC MALL SRL	16.02.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
68	UTI TIMIȘOARA	WITTENBERGE R SRL	16.02.2023	Rx dentar fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
67	SSP-BUCUREȘTI	ZORILA DENT SRL	16.02.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
66	UTI CRAIOVA	DR. MAX SRL	16.02.2023	Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
65	SSP-BUCUREȘTI	CMI EL SAWAS T. ADRIANA - OSTETRICA - GINECOLOGIE	15.02.2023	Dispozitivele medicale second-hand identificate în utilizare fără aviz de utilizare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 931 Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	Interzicerea de la utilizare a DM neconforme potrivit Legii 95/2006 Art.935 (1) lit. c)
64	UTI IAȘI	MEDIMAGIS SRL	15.02.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

63	UTI DEVA	MAXIM SERV SRL	14.02.2023	Ecograf identificat în utilizare fără buletin verificare periodică-încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
62	UTI CRAIOVA	MARKIT CHANGE SRL	13.02.2023	Documente de conformitate prezentate în mod fals - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. j) Lipsă sediu social în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (4)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (10)
61	UTI IAȘI	REMEDIA PLUS SRL	13.02.2023	DM etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
60	SSP-BUCUREȘTI	BIT ONLINE SRL	13.02.2023	Lipsă producător în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
59	SSP-BUCUREȘTI	STOMACRIS SRL	13.02.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
58	UTI CRAIOVA	HELP NET FARMA SA	13.02.2023	Lipsă documente conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
57	UTI ORADEA	OSWALD IOAN GEORGE PFA	10.02.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
56	UTI IAȘI	LUPES M. MARIA CRISTINA CMI MEDICINA DENTARA, ORTODONTIE SI ORTOPEDIE DENTOFACIALA	10.02.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
55	SSP-BUCUREȘTI	OCULARCARE SRL	10.02.2023	Sterilizator fără buletin de verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

54	SSP-BUCUREȘTI	PROTECT DENT SRL	10.02.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
53	SSP-BUCUREȘTI	ZHUANG NEW SHOP SRLGALATI	09.02.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
52	UTI CRAIOVA	BATAIOSU CARDIOLOGIE SRL	09.02.2023	DM utilizate în afara perioadei de valabilitate - încălcarea L95/2006 art. 933 (1) lit. b) Ecograf fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	Interzicerea utilizării DM neconforme potrivit L95/2006 art.935 (1) lit.e
51	UTI ORADEA	REWE ROMÂNIA SRL	09.02.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
50	UTI CRAIOVA	ALTEX ROMANIA SRL	09.02.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
49	SSP-BUCUREȘTI	ICLINIQUE SRL	09.02.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
48	SSP-BUCUREȘTI	ASTRA GENERAL MED	08.02.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
47	SSP-BUCUREȘTI	ALFA MED CLINIC SRLGALATI	08.02.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
46	UTI ORADEA	ARTIMA SRL	08.02.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
45	SSP-BUCUREȘTI	DG DENTAL SPECIALIST SRL	08.02.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

44	UTI ORADEA	DEXION SRL	07.02.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
43	SSP-BUCUREȘTI	HONG WU CONCEPT TRADING SRLGALATI	07.02.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
42	UTI TIMIȘOARA	RADIOLOGIA CBCT SRL	07.02.2023	Rx dentar fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
41	UTI CRAIOVA	MED TEHNICA SRL	07.02.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
40	UTI CRAIOVA	PROFI ROM FOOD SRL	06.02.2023	Lipsă producători din avizul de funcționare emis de ANMDMR– încălcarea L95/2006 art. 927 (4)	
39	UTI ORADEA	CMI DR INDRIEȘ ANCA	06.02.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
38	SSP-BUCUREȘTI	DENTAL DIAMONDS STUDIO SRL	06.02.2023	Sterilizator fără buletin de verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
37	SSP-BUCUREȘTI	ELITE DENT CMG	03.02.2023	Dispozitive medicale aflate în utilizare fără mentenanță asigurată - încălcarea Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. j)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h) Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)
36	UTI ORADEA	MEGA IMAGE SRL	03.02.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	

35	UTI CRAIOVA	EXIA TRADING SRL	02.02.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
34	SSP-BUCUREȘTI	FRONT MED SOLUTIONS SRL	02.02.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare conform L95/2006 Art. 935 (1) lit. a
33	UTI CRAIOVA	SOCAR PETROLEUM SA	02.02.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - Încălcarea L95/2006 art. 927 (1) Lipsă instrucțiuni de utilizare în limba română, iar dm ce se regăsesc în trusă nu au denumirea menționată în limba română - Încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. K	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare conform L95/2006 Art. 935 (1) lit. a) Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
32	UTI ORADEA	BANOL COM SRL	02.02.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
31	UTI DEVA	FIRIN PRO DENT SRL	02.02.2023	Sterilizator identificat în utilizare fără buletin verificare periodică-încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
30	SSP-BUCUREȘTI	DENTAL PROFILE 2000 SRL	02.02.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
29	UTI IAȘI	VIVADENT SRL	01.02.2023	DM identificate în utilizare aflate în afara termenului de valabilitate - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. b)	Interzicerea de la utilizare a DM neconforme potrivit Legii 95/2006 Art.935 (1) lit. e)
28	UTI DEVA	ROUMASPORT SRL	01.02.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)

27	UTI TG MUREȘ	WINKLEMED SRL	31.01.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
26	SSP-BUCUREȘTI	DENTAL PROTECT	31.01.2023	Dispozitivele medicale aflate în utilizare nu aveau mentenanța asigurată conform legislației în vigoare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)
25	UTI TG MUREȘ	SC ARTIMA SA	31.01.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
24	UTI DEVA	CENTRUL DE IMPLANTOLOGIE TRANSILVANIA SRL	30.01.2023	Sterilizator identificat în utilizare fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
23	UTI IAȘI	BURCUTA ANCA MIHAELA SRL	27.01.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
22	UTI TIMIȘOARA	METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL	27.01.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
21	UTI TG MUREȘ	ECHINO SRL	26.01.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
20	UTI TG MUREȘ	LUKOIL ROMANIA SRL	26.01.2023	Dispozitive medicale in vitro etichetate neconform -încălcarea OUG 137/2022 Art. 17 lit. j)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 137/2022 Art. 18 (9)
19	UTI CRAIOVA	DM DROGERIE MARKT SRL	26.01.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
18	SSP-BUCUREȘTI	CLINICA ELITE SRL	25.01.2023	Ecograf fără buletin de verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
17	SSP-BUCUREȘTI	CLINICA LUNA SRL	25.01.2023	Ecograf și sterilizator fără buletin de verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

16	UTI IAȘI	ARHIMED RADIOLOGY SRL	19.01.2023	DM aflate în utilizare nu au asigurată mentenanța - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d) DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	Interzicerea de la utilizare a DM neconforme potrivit Legii 95/2006 Art.935 (1) lit. h)
15	SSP-BUCUREȘTI	ILLUMA AESTHETIC CLINIQUE SRL	19.01.2023	Dispozitivele medicale aflate în utilizare nu au asigurată mentenanța - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d)	Interzicerea utilizării DM neconforme, potrivit L 95/2006 art.935 (1) lit. h)
14	SSP-BUCUREȘTI	ECOVITAL KOSMETIK SRL	18.01.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
13	UTI IAȘI	THYMUS SRL	18.01.2023	DM etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 art. 28 lit k	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
12	SSP-BUCUREȘTI	ARIADENT SRL	17.01.2023	Dispozitivele medicale aflate în utilizare nu au asigurată mentenanța - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d) DM utilizate în afara perioadei de valabilitate - încălcarea L95/2006 art. 933 (1) lit. b) Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	Interzicerea utilizării DM neconforme, potrivit L 95/2006 art.935 (1) lit. h) Interzicerea utilizării DM neconforme potrivit L95/2006 art.935 (1) lit.e
11	UTI DEVA	TERRA ASTER SRL	16.01.2023	Ecograf identificat în utilizare fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
10	UTI TIMIȘOARA	MOTIVATION SRL	16.01.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
9	SSP-BUCUREȘTI	STEFAN OPHTALMIC BUSINESS SRL SRL	16.01.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	

8	UTI IAȘI	NOFAL J. HAYTHAM CABINET MEDICAL INDIVIDUAL MEDICINA DENTARA CHIRURGIE ORO DENTARA	13.01.2023	DM identificate în utilizare aflate în afara termenului de valabilitate - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. b) Sterilizator cu abur identificat în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	Interzicerea de la utilizare a DM neconforme potrivit Legii 95/2006 Art.935 (1) lit. e)
7	SSP- BUCUREȘTI	TRUE STOMARTISTS SRL	13.01.2023	DM identificate în utilizare aflate în afara termenului de valabilitate - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. b)	Interzicerea de la utilizare a DM neconforme potrivit Legii 95/2006 Art.935 (1) lit. e)
6	SSP- BUCUREȘTI	DERMASTYLE SRL	13.01.2023	Dispozitivele medicale aflate în utilizare nu au asigurată mentenanța - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d) Sterilizator fără buletin de verificare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 art. 933 (1) lit.h)	Interzicerea utilizării DM neconforme, potrivit L 95/2006 art.935 (1) lit. h)
5	UTI TG MUREȘ	OMV PETROM MARKETING SRL	12.01.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
4	UTI TG MUREȘ	GEMINI DENT SRL	12.01.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
3	SSP- BUCUREȘTI	VIVADENT IMPEX SRL	12.01.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
2	SSP- BUCUREȘTI	PODOLINE SRL	10.01.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)

1	SSP- BUCUREȘTI	PODOLINE MED SRL	10.01.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. c) Au fost constatate neconformități privind înstituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g)	
---	-------------------	------------------	------------	---	--

Legenda:

L95/2006 – Legea privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

OUG 46/2021 – Ordonanța privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului

R 2017/745-REGULAMENT (UE) Nr. 745*) din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului

DM – dispozitiv medical

ANMDMR- Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

DGDM- Direcția Generală dispozitive medicale

DRSP- Direcția Reglementare și Supraveghere Piață

SSP- Serviciul Supraveghere Piață