

**TABEL CU UNITĂȚILE SANȚIONATE CONTRAVENȚIONAL DE CĂTRE  
ANMDMR - DGDM - DRSP - SSP**

NR. CRT.	SERVICIUL SP/ UTI CARE A APLICAT SANȚIUNEA	UNITATEA SANȚIONATĂ	DATA APLICĂRII SANȚIUNII	MOTIVUL SANȚIONĂRII	SANȚIUNI COMPLEMENTARE
365	UTI TG MUREȘ	SC PALAS COM SRL	30.06.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
364	UTI IAȘI	PRO LIFE CLINICS SRL	30.06.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. j)	Interzicerea utilizării dispozitivelor medicale neconforme, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)
363	SSP – BUCUREȘTI	CENTRUL MEDICAL NICOMEND SRL	30.06.2023	DM identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
362	SSP- BUCUREȘTI	ORTHO-SHOP SRL	30.06.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
361	UTI TG MUREȘ	DARINA COM SRL	29.06.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
360	UTI IAȘI	SANTE FARM SRL	29.06.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de OUG 46/2021 Art.28 lit. k)	Retragerea de pe piață și/sau interzicerea utilizării și a introducerii pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
359	UTI DEVA	X-RAY DIGITAL SRL	28.06.2023	Rx dentar intraoral în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
358	UTI CRAIOVA	CMI DR GIURGIULESCU IONUT EUGEN	28.06.2023	Lipsă documente conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	
357	UTI CRAIOVA	SUPECO INVESTMENT SRL	28.06.2023	Lipsă producător(i) / punct lucru în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4) Lipsă documente conformitate- încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)

356	SSP BUCUREȘTI	IMPLANT & ESTHETICS MEDICAL CENTER SRL - BUCUREȘTI	28.06.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
355	UTI CRAIOVA	ROUMASPORT SRL	27.06.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1) Lipsă documente conformitate- încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a) Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
354	SSP – BUCUREȘTI	TUD MEDICAL EXPERT	27.06.2023	DM identificat în utilizare fără documente de achiziție și de conformitate - încălcarea L95/2006, art. 933 (1) f)	
353	UTI TG MUREȘ	PRODENTALUX SRL	26.06.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. c) Sterilizator identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 alin (1) lit. h)	
352	UTI ORADEA	NEOMED SRL	23.06.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4) Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
351	SSP BUCUREȘTI	PROMED SOLUTION MD SRL - BUCUREȘTI	23.06.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare conform L95/2006 Art. 935 (1) lit. a)
350	SSP BUCUREȘTI	LUCA DENT SRL	23.06.2023	DM identificate în utilizare aflate în afara termenului de valabilitate - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. b)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. e)
349	UTI ORADEA	CMI DR CHIVARI EDIT	22.06.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f) Dispozitive medicale identificate în utilizare fără bulletine de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
348	UTI TG MUREȘ	MEDIMFARM TOPFARM SA	22.06.2023	Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)

347	UTI DEVA	KYO ENERGY SRL	22.06.2023	Sterilizator cu abur si aparat anestezie în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
346	SSP BUCUREȘTI	OXYGEN HEALTH THERAPY SRL	22.06.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. k)	Interzicerea utilizării echipamentului Camera Hiperbară Multiplace, model Oxilife C3.4 locuri, în scop de diagnosticare, prevenire, monitorizare, prevedere, prognozare, tratament sau ameliorarea unei boli, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. j)
345	UTI IAȘI	DEROM DENTAL INTERNATIONAL	20.06.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
344	UTI IAȘI	SIMBOL S SRL	20.06.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 art. 927 (1) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor generale ale importatorilor - încălcarea OUG 46/2021 Art.28 lit. j)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a) Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (10)
343	UTI DEVA	OMNIADENT SRL	20.06.2023	Sterilizator cu abur si Rx dentar identificate în utilizare fără buletine de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
342	UTI CRAIOVA	CADIAX MED SRL	20.06.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
341	SSP BUCUREȘTI	POLICLINIC DENTAL DISTRIBUTION SRL	20.06.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDDispozitive medicaleR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
340	UTI TG MUREȘ	SC DADENT SRL	19.06.2023	Sterilizator și Ap. Radiologie identificate în utilizare fără buletine de verificare periodică emise de ANMDMR încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
339	UTI TIMISOARA	CABINET MEDICAL STOMATOLOGIC DR DINU CRISTIAN DORIN SRL	19.06.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

338	UTI ORADEA	DENTISIM SRL	16.06.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
337	UTI TG MUREȘ	FARMACIA BEKY	16.06.2023	Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
336	UTI TG MUREȘ	OBLIO COM SRL	16.06.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
335	UTI TIMISOARA	BIODENTARIUM CLINICA VERDE SRL	16.06.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
334	UTI ORADEA	ALTEX ROMÂNIA SRL	15.06.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
333	SSP BUCUREȘTI	SARAH FARM-MED IMPEX SRL - CHIAJNA	15.06.2023	Lipsă producător în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
332	UTI ORADEA	OSVADENT SRL	14.06.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
331	UTI IAȘI	CADENTIS SRL	14.06.2023	Dispozitive medicale aflate în utilizare aveau mentenanța asigurată de către unități neavizate pentru această activitate de către ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d)	Interzicerea utilizării dispozitivelor medicale neconforme, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)
330	SSP BUCUREȘTI	AESTHETICS ONE DENTAL CENTER SRL	14.06.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
329	SSP BUCUREȘTI	CRISTALIN IMPORT-EXPORT SRL	14.06.2023	Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 art. 28 lit j)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (10)
328	UTI DEVA	PRAXIMED HD SRL	13.06.2023	Electrocardiograf și ecograf identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	

327	UTI CRAIOVA	CMI GAVRILA D. MIRELA	13.06.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. k) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	Interzicerea utilizării echipamentelor care nu sunt declarate dispozitive medicale, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. j)
326	UTI CRAIOVA	CABINET MEDICAL DR. ȘTEFAN SIMONALIANA SRL-CRAIOVA	13.06.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. k)	Interzicerea utilizării echipamentelor care nu sunt declarate dispozitive medicale, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. j)
325	UTI CRAIOVA	DR.MAX SRL	13.06.2023	Lipsă documente conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
324	SSP BUCUREȘTI	IMPORT DISTRIBUTION SRL	13.06.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare conform L95/2006 Art. 935 (1) lit. a
323	SSP BUCUREȘTI	MEDCENTER SRL	13.06.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
322	UTI IAȘI	DIAMOND ESTET SRL	12.06.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
321	UTI ORADEA	STOMALUX SRL	08.06.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
320	UTI TIMISOARA	PARA-LUXADENT SRL	08.06.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
319	UTI CRAIOVA	PROFESIONAL LASER DENT SRL	08.06.2023	DM identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
318	UTI CRAIOVA	FARMACIA TREI F SRL	08.06.2023	Lipsa documente de conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea introducerii pe piață a DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
317	SSP – BUCUREȘTI	URODENT BIANCHI SRL	08.06.2023	DM identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

316	SSP – BUCUREȘTI	ASIST DENT SRL	08.06.2023	DM identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDDMR încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
315	UTI ORADEA	CMI DR CONTA CRISTIAN DORIN	07.06.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
314	UTI ORADEA	CARRFOUR ROMÂNIA SA	07.06.2023	Dispozitive medicale în afara perioadei de valabilitate aflate la comercializare -încălcarea OUG 46/2021 Art 28 lit. k) Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDDMR – încălcarea L95/2006 art. 927 (4) Lipsă documente de conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11) Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
313	UTI DEVA	DUAL MEDICOM SRL	06.06.2023	Rx intraoral si Rx panoramic identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
312	SSP – BUCUREȘTI	CABINETUL DR. SLEIMAN MOURTADASPECIALI TATI: MEDICINA DENTARA SI CHIRURGIE OROMAXILO FACIALA	06.06.2023	DM identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDDMR încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
311	SSP BUCUREȘTI	TODA INTERNATIONAL	06.06.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4) DM etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 art. 28 lit j)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (10)
310	UTI IAȘI	DENT ALL CLINIC SRL	31.05.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. c) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f) Au fost constatate neconformități privind instituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g)	

309	UTI IAȘI	SIMPLY SMILING SRL	31.05.2023	Dispozitive medicale aflate în utilizare aveau mentenanță asigurată de către unități neavizate pentru această activitate de către ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d)	Interzicerea utilizării dispozitivelor medicale neconforme, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)
308	UTI CRAIOVA	DR CIUCA SRL	31.05.2023	DM fără buletin verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
307	SSP BUCUREȘTI	MEDICOVER HOSPITALS SRL	31.05.2023	Nerespectarea de către instituțiile sanitare a prevederilor art. 5 alin. (1) și (3), referitoare la furnizarea cardului de implant și a informațiilor de identificare și de utilizare a acestuia - încălcarea OUG 46/2021, Art. 28, lit. ai)	
306	SSP BUCUREȘTI	CMI DR. BUICA RAMONA-MARIA MEDICINA DENTARA	31.05.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
305	SSP BUCUREȘTI	CENTRUL MEDICAL ARENA SRL	31.05.2023	Dispozitive medicale aflate în utilizare fără mentenanță asigurată - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d) Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
304	UTI TG MUREȘ	MARENTOP EXIM SRL	30.05.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
303	UTI IAȘI	DELV SRL	30.05.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
302	UTI CRAIOVA	KAUFLAND ROMANIA SCS	30.05.2023	Documente de conformitate prezentate în mod fals - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea introducerii pe piață a DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
301	SSP BUCUREȘTI	CMI ALEGICA ANCA LAURA	30.05.2023	Dispozitivele medicale aflate în utilizare nu au asigurată mentenanță - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d)	

300	UTI CRAIOVA	SYNEVO ROMANIA SRL	29.05.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
299	UTI CRAIOVA	CR DENTAL SRL	29.05.2023	DM fără buletin verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
298	SSP BUCUREȘTI	AESTHETIC ORAL DESIGN SRL	29.05.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
297	UTI TG MUREȘ	DENTALCENTRUM SRL	24.05.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. c) Sterilizator identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR încălcarea L95/2006 Art. 933 alin (1) lit. h)	
296	UTI TIMISOARA	ENDOBALOI SRL	24.05.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
295	SSP – BUCUREȘTI	STRUMFI S ARK DENT	24.05.2023	DM identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
294	UTI IAȘI	SOFIMED IASI SRL	23.05.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
293	SSP BUCUREȘTI	AL HAYANI WORKFORCE SRL	23.05.2023	Lipsă avis de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare conform L95/2006 Art. 935 (1) lit. a
292	SSP BUCUREȘTI	CABINETUL DR. FRANT GALINA - SPECIALITATE MEDICINA DENTARA	23.05.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. c) Au fost constatate neconformități privind înstituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g)	

291	UTI TG MUREȘ	CMI BACI LAURA VIORICA	22.05.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
290	UTI IA ȘI	RODERMA SRL	22.05.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
289	SSP BUCUREȘTI	STOMART SRL	22.05.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
288	SSP BUCUREȘTI	FM MEDIDENT SRL	22.05.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
287	SSP – BUCUREȘTI	MEDROM MEDICAL SYSTEMS	19.05.2023	Lipsa categoriei și grupa de dispozitive medicale în avizul de funcționare încălcarea L95/2006, art. 927 (4)	
286	SSP BUCUREȘTI	EVRIKA DENT SRL	19.05.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
285	SSP BUCUREȘTI	ABB MEDTEC SRL	19.05.2023	Dispozitive medicale etichetate neconforme - încălcarea OUG 46/2021 art. 28 lit k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
284	UTI IA ȘI	PHARMALIFE MED SRL	18.05.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de OUG 46/2021 Art.28 lit. k)	Retragerea de pe piață și/sau interzicerea utilizării și a introducerii pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
283	UTI IA ȘI	UNIDENT NORD EST SRL	18.05.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
282	SSP BUCUREȘTI	TOTAL SANTE SRL	18.05.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
281	SSP BUCUREȘTI	CMI DR. YAHYA ASLAM	18.05.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
280	UTI TG MUREȘ	OXCART MEDICAL SRL	17.05.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	

279	UTI IAȘI	AMARYS SERV GROUP SRL	17.05.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 art. 927 (1) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor generale ale importatorilor - încălcarea OUG 46/2021 Art.28 lit. j)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a) Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (10)
278	UTI DEVA	AMERI DENTAL SRL	17.05.2023	Sterilizator identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
277	UTI CRAIOVA	MF CLIN EXPRES SRL	17.05.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
276	UTI CRAIOVA	DENTIST FACTORY SRL	17.05.2023	DM fără buletin verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
275	UTI CRAIOVA	LUKOIL ROMANIA SRL	17.05.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
274	SSP BUCUREȘTI	DENTAL STUDIO PLUS SRL	17.05.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare aflate în afara termenului de valabilitate - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. b)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. e)
273	UTI TG MUREȘ	SC DENTODIN SRL	16.05.2023	Au fost constatate neconformități privind instituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g)	
272	SSP – BUCUREȘTI	BROTAC MEDICAL CENTER SRLBUCURESTI	16.05.2023	Impedire actului de control - încălcarea L95/2006, art. 935 (1) g)	
271	SSP – BUCUREȘTI	CSS DENTAL SRL- BUCURESTI	16.05.2023	DM identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

270	UTI IA ȘI	GHEUCA SOLOVASTRU N. LAURA CABINET MEDICAL INDIVIDUAL LAUDERMA	15.05.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f) Au fost constatate neconformități privind instituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g)	
269	UTI DEVA	ROMGER DIAGNOSTICA SRL	15.05.2023	Electrocardiograf si ecograf identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
268	SSP BUCUREȘTI	IMPLANT DENT TEHNIC SRL	12.05.2023	Dispozitivele medicale aflate în utilizare nu au asigurată mentenanța - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d)	Interzicerea utilizării DM neconforme, potrivit L 95/2006 art.935 (1) lit. h)
267	SSP BUCUREȘTI	ATLANCO EXIM SRL	12.05.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
266	UTI IA ȘI	CENTRUL MEDICAL ANGIOMED SRL	11.05.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
265	UTI DEVA	SAGA SRL	11.05.2023	Sterilizator si ecograf identificate în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
264	SSP BUCUREȘTI	GAMA CLINIC CENTER SRL	11.05.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
263	UTI CRAIOVA	CM DUMITERESCU DALILA SRL - CRAIOVA	10.05.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
262	UTI CRAIOVA	FARMACIA TREI F SRL	10.05.2023	Lipsă documente conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
261	UTI CRAIOVA	MENDELSON SRL	10.05.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)

260	SSP BUCUREȘTI	STAR MED 2001 SRL	10.05.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
259	SSP BUCUREȘTI	CMI DR. PORTELLI ANTONIO	09.05.2023	Au fost constatate neconformități privind înstituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g)	
258	UTI CRAIOVA	AL SHEFA FARM SRL	05.05.2023	Lipsă documente conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
257	UTI ORADEA	CMI DR ROMAN CARMEN	05.05.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
256	UTI ORADEA	CMI DR VOIȚĂ GHEORGHE FLORIN	05.05.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
255	UTI IAȘI	AKAD G. MARIACABINET MEDICAL INDIVIDUAL OBSTETRICAGINECOLOGIE"MERIMED"	05.05.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
254	UTI TIMISOARA	CBS MEDCOM HOSPITAL SRL	05.05.2023	Utilizare dispozitive medicale neconforme încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. j)	Interzicerea utilizării DM neconforme, potrivit L 95/2006 Art.935 (1) lit. h)
253	SSP BUCUREȘTI	UNIDENT PLUS SRL	05.05.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare conform L95/2006 Art. 935 (1) lit. a)
252	SSP- BUCUREȘTI	GAMA INTERNAȚIONAL SRL	05.05.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
251	UTI TG MUREȘ	DENTA AUR	04.05.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	

250	UTI TG MUREȘ	CHIRODERMATOLOGIE	04.05.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
249	UTI IAȘI	DENTAL AVA SRL	04.05.2023	Dispozitivele medicale aflate în utilizare nu au asigurată mentenanța - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d)	Interzicerea de la utilizare a DM neconforme potrivit Legii 95/2006 Art.935 (1) lit. h)
248	UTI CRAIOVA	JUMBO EC.R SRL	04.05.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR Încălcarea L95/2006 Art. 927 (1) Lipsă documente conformitate- încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a) Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
247	SSP BUCUREȘTI	CMI DR PETCU DANIEL BOGDAN- MEDICINA DENTARA; IMPLANTOLOGIE PARODONTOLOGIE CABINET MEDICAL INDIVIDUAL "DR. PETCU DANIEL BOGDAN - MEDICINA DENTARA; IMPLANTOLOGIE; PARODONTOLOGIE"	04.05.2023	Electrocauter fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
246	SSP- BUCUREȘTI	GY MEDICAL SOLUTIONS SRL	04.05.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
245	SSP BUCUREȘTI	PULS MEDICA SA	04.05.2023	Dispozitive medicale aflate în utilizare fără mentenanță asigurată - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. c) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f) Au fost constatate neconformități privind instituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)

244	UTI ORADEA	CMI DR MATEI CRISTINA GEORGETA	03.05.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f) Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
243	UTI TG MUREȘ	DR. MARTON CSONGOR LEHEL CMI MADENT	03.05.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
242	SSP- BUCUREȘTI	SANITO DISTRIBUTION	03.05.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
241	UTI ORADEA	MEGA IMAGE SRL	02.05.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
240	SSP – BUCUREȘTI	MEDIZIN TECHNOLOGIE	02.05.2023	Lipsă punct de lucru în aviz - - încălcarea L95/2006 Art. 927 (4) Lipsă producător în aviz - încălcarea L95/2006 Art. 927 (4)	
239	UTI ORADEA	DESIRA IMPEX SRL	28.04.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
238	UTI TIMISOARA	SHINE AND SMILE SRL	28.04.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
237	SSP – BUCUREȘTI	CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR.PLOAIE ANDREI	28.04.2023	DM identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
236	SSP – BUCUREȘTI	JUST MASTER ACTIVITIES SRL	28.04.2023	Etichetă neconformă: reprezentant autorizat fals - încălcarea OUG 137/2022 Art. 17 lit. i) Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Se dispune retragerea de pe piață și/sau interzicerea utilizării și a introducerii pe piață a dispozitivului medical pentru diagnostic in vitro neconform potrivit OUG 137/2022 Art. 18(8)

235	SSP BUCUREȘTI	KADAKO ACCES SRL	28.04.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare conform L95/2006 Art. 935 (1) lit. a
234	UTI ORADEA	CMI DR ZAHARIE RAUL DANIEL	26.04.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
233	UTI TG MUREȘ	AVA MEDICAL SERVICES SRL	26.04.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
232	UTI IASI	TIA DENT CLINIC SRL	26.04.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
231	UTI CRAIOVA	VITAPLUS MEDCLIN SRL	26.04.2023	Ecograf fără buletin verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
230	SSP BUCUREȘTI	ADE CLINIC SRL	26.04.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
229	SSP BUCUREȘTI	CMI DR. TUDOS VIOREL	26.04.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
228	SSP- BUCUREȘTI	CENTRUL MEDICAL PRONIA	25.04.2023	Ecograf fără buletin de verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
227	UTI ORADEA	SC VIVADENT SRL	24.04.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f) Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
226	UTI TG MUREȘ	METRO CASH & CARRY SRL	24.04.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	

225	SSP BUCUREȘTI	MATEO-DENT SRL	24.04.2023	Lipsă persoană desemnată - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.c Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
224	UTI TG MUREȘ	REWE (ROMANIA) SRL	21.04.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
223	UTI DEVA	BIOMED DORIS SRL	21.04.2023	Sterilizator identificat în utilizare fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
222	UTI ORADEA	ARTISAN SRL	20.04.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare aflate în afara termenului de valabilitate - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. b) Au fost constatate neconformități privind înstituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. e)
221	UTI TG MUREȘ	COMAY SRL	20.04.2023	Dispozitive medicale in vitro etichetate neconform - încălcarea OUG 137/2022 Art. 17 lit. j)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 137/2022 Art. 18 (9)
220	UTI IASI	CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT SRL	20.04.2023	Dispozitivele medicale aflate în utilizare nu au asigurată mentenanța - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d) DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. c) Au fost constatate neconformități privind înstituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g)	Interzicerea de la utilizare a DM neconforme potrivit Legii 95/2006 Art.935 (1) lit. h)
219	SSP BUCUREȘTI	AMERICAN NEUROSURGERY CLINIC SRL	20.04.2023	Operatorul economic nu a furnizat toate informațiile catre pacient conform art. 18 din Reg 2017/745 - încălcarea OUG 46/2021 art. 28 lit ai)	

218	UTI ORADEA	CMI DR DRAGOȘ DIANA-CARMEN	19.04.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f) Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
217	UTI IASI	DERMA CLINIQUE STOLERIU GABRIELA SRL	19.04.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
216	SSP – BUCUREȘTI	EMBRYOS FERTILITY CLINIC	19.04.2023	Institutiua sanitară nu a furnizat informații de identificare ale cardului de implant încălcarea OUG 46/2021 Art.28 lit. ai)	
215	SSP BUCUREȘTI	MENTOR ENERGY SRL	19.04.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
214	UTI ORADEA	CMI DR ROMOCEA ADINA	13.04.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
213	UTI TG MUREȘ	CARLA ENERGY SRL	13.04.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
212	SSP BUCUREȘTI	CMI DR. FRATILESCU ELENA ADRIANA- CHIRURGIE PLASTICA- MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA	13.04.2023	Dispozitivele medicale aflate în utilizare nu au asigurată mentenanța - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d) Lipsă registru de evidență al dispozitivelor medicale aflate în utilizare actualizat -încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.g Lipsă persoană desemnată - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.c	Interzicerea utilizării DM neconforme, potrivit L 95/2006 art.935 (1) lit. h)
211	UTI TG MUREȘ	SMILE KLINIK EXPERT SRL	12.04.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
210	SSP – BUCUREȘTI	CIRCO DENTISTRY SRL	12.04.2023	DM identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

209	UTI CRAIOVA	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	11.04.2023	Lipsă producători/ punct de lucru în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4) Lipsă documente conformitate- încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
208	UTI ORADEA	CMI DR BACIU IOAN	11.04.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare aflate în afara termenului de valabilitate - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. b) Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. e)
207	UTI ORADEA	TRIDIMENSIONAL SERV SRL	11.04.2023	Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
206	UTI IASI	EL MASRY M. ABDELSALAM CABINET MEDICAL OBSTETRICA GINECOLOGIE YASMINMED	11.04.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
205	UTI CRAIOVA	DIAB SAN SRL	11.04.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
204	UTI CRAIOVA	CMI DR. ANCA ALIN GEORGE	11.04.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
203	SSP BUCUREȘTI	H&A CANADA DENTAL CLINIC SRL	11.04.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
202	UTI IASI	CLINICA ALBERT SRL	10.04.2023	Dispozitive medicale aflate în utilizare aveau mentenanța asigurată de către unități neavizate pentru această activitate de către ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d)	Interzicerea de la utilizare a DM neconforme potrivit L 95/2006 art.935, lit. h)
201	UTI DEVA	ZEPTEK INTERNATIONAL ROMANIA IMPORT EXPORT SRL	10.04.2023	Nerespectarea atribuțiilor importatorilor - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28, lit j)	Interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (10)

200	UTI CRAIOVA	AUCHAN ROMANIA SA	10.04.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4) Documente de conformitate prezentate în mod fals - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
199	UTI ORADEA	OMV PETROM MARKETING SRL	07.04.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
198	UTI ORADEA	ORTOPROFIL PROD ROMÂNIA SRL	07.04.2023	Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
197	UTI IASI	STYLE DENT SRL	07.04.2023	DM identificate în utilizare aflate în afara termenului de valabilitate - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. b)	Interzicerea de la utilizare a DM neconforme potrivit Legii 95/2006 Art.935 (1) lit. e)
196	UTI IASI	EXPERTDENTAR.R O SRL	07.04.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
195	UTI TG MUREȘ	DM DROGERIE MARKT SRL	06.04.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
194	SSP BUCUREȘTI	CMI DR. BUCIOACA MANUELA - ELENA	06.04.2023	DM identificate în utilizare aflate în afara termenului de valabilitate - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. b)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. e)
193	UTI ORADEA	ANKO CONCEPT SRL	05.04.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 art. 927 (1) Lipsă documente de conformitate - încălcare OUG 46/2021 Art 28 lit. k)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a) Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
192	UTI TG MUREȘ	DIANTHUS PRES SRL	05.04.2023	Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
191	UTI IASI	HUFMED SRL	05.04.2023	Operatorul economic nu a informat ANMDMR în legătură cu modificările aduse condițiilor care au stat la baza emiterii avizului de funcționare - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
190	UTI IASI	SABOTI MEDICINALI.RO SRL	05.04.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea activității neavizate până la obținerea avizului de funcționare potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)

189	UTI DEVA	CMI DR BLAJ CONSTANTIN	05.04.2023	Defibrilator identificat în utilizare fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
188	UTI CRAIOVA	FANTRICOM SRL	05.04.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - Încălcarea L95/2006 art. 927 (1) Lipsă instrucțiuni de utilizare în limba romana, iar dm ce se regasesc in trusa nu au mentionat in limba romana denumerea "RO - Încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare conform L95/2006 Art. 935 (1) lit. a Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
187	SSP – BUCUREȘTI	PERFECT SMILE STUDIO SRL	05.04.2023	DM identificate în utilizare aflate în afara termenului de valabilitate încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. b)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. e)
186	SSP – BUCUREȘTI	CMI DR.AVRAM ALEXANDRA	04.04.2023	DM identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
185	SSP BUCUREȘTI	MEDICAL ORTOVIT SRL	04.04.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
184	UTI CRAIOVA	PRIMA MEDICAL SRL	03.04.2023	Au fost constatate neconformități privind raportarea incidentelor în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. e) Au fost constatate neconformități privind instituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. c)	
183	SSP- BUCUREȘTI	MEDICAL&GRAIN S SUPPLIES SRL	03.04.2023	Documente de conformitate CE falsificate pentru dispozitive medicale - încălcarea OUG 46 Art.28 lit k)	
182	SSP BUCUREȘTI	NOBLESSE MEDICAL OPTIC	03.04.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
181	UTI ORADEA	UNICARM SUPERMARKET SRL	31.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)

180	UTI ORADEA	FAMILY MARKET EDINA SRL	31.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
179	UTI IASI	PROMEDICANON SRL	31.03.2023	Ecograf si electrocardiograf identificate în utilizare fără buletine de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind instituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g) Dispozitive medicale aflate în utilizare aveau mentenanța asigurată de către unități neavizate pentru această activitate de către ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d)	Interzicerea utilizării dispozitivelor medicale neconforme, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)
178	UTI ORADEA	SOCIETATE DE COMERT PRESTCOM SRL	30.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
177	UTI TIMISOARA	CABINET MEDICAL DOCTOR BRAN SRL	30.03.2023	Dispozitivele medicale aflate în utilizare nu au asigurată mentenanța - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d) Ecograf fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	Interzicerea utilizării DM neconforme, potrivit L 95/2006 Art.935 (1) lit. h)
176	UTI CRAIOVA	KAUFLAND ROMANIA SCS	30.03.2023	Documente de conformitate prezentate în mod fals - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k) Lipsă manual de utilizare pentru amplificator auditiv JH-906 (dispozitiv medical nu prezintă atenționarea de a consulta un specialist înainte de utilizare) - încălcarea OUG 46/2021 Art.28 lit.k)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
175	SSP BUCUREȘTI	STORCH FRAZ- MATEI	30.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)

174	SSP BUCUREȘTI	BIOLAB SCIENTIFIC SRL	30.03.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4) Operatorul economic a încălcat prevederile stabilite de art.14 din Reg. 745/2017 privind obligațiile generale ale distribuitorului - încălcarea OUG 46/2021 art. 28 lit k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
173	UTI CRAIOVA	PROFI ROM FOOD SRL	29.03.2023	Lipsă producător(i) / punct lucru în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4) Lipsă documente conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
172	UTI IASI	DRUG G. LIVIA CABINET STOMATOLOGIC	29.03.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
171	UTI IASI	ALPIS MEDICAL SRL	29.03.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
170	SSP BUCUREȘTI	CMI DR. BUCUR ANDREI CRISTIAN	29.03.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
169	SSP BUCUREȘTI	CABINETUL DR. ZAMFIRACHE IOANA ADRIANA- SPECIALITATEA MEDICINA DENTARA CMI	29.03.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
168	SSP BUCUREȘTI	RODENTA SRL	29.03.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
167	UTI CRAIOVA	PEDINA SRL	28.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1) Lipsă documente conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a) Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
166	UTI CRAIOVA	SELIDA GAS SRL	28.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1) Lipsă documente conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a) Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)

165	SSP BUCUREȘTI	MB ESTETICART SRL	28.03.2023	Au fost constatate neconformități privind raportarea incidentelor în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. e)	
164	SSP BUCUREȘTI	S.I.T.E.A ROMANIA SRL	28.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare conform L95/2006 Art. 935 (1) lit. a
163	SSP BUCUREȘTI	EFRALL NOVA CONCEPT SRT	28.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare conform L95/2006 Art. 935 (1) lit. a
162	UTI IASI	ELPROMA EL SRL	27.03.2023	Lipsa aviz de functionare emis de ANMDMR pentru activitatea de instalare/întreținere aparatura medicala - -încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea activitatii neavizate pana la obtinerea avizului de functionare potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
161	UTI DEVA	BIVARIA GRUP SRL	27.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
160	UTI IASI	CARDIOSS CMB SRL	24.03.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
159	UTI IASI	GLISSANDO SRL	24.03.2023	DM identificate în utilizare aflate în afara termenului de valabilitate - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. b) DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	Interzicerea de la utilizare a DM neconforme potrivit Legii 95/2006 Art.935 (1) lit. e)
158	SSP- BUCUREȘTI	HTP MEDICAL SRL	24.03.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
157	UTI TG MUREȘ	ROMSOUND SRL	23.03.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
156	SSP BUCUREȘTI	DENTEX SRL	23.03.2023	Operatorul a prezentat documente de conformitate falsificate - -încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k) Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	Interzicerea introducerii pe piață a dispozitivului medical neconform art. 29 (11) oug 46/2021

155	UTI DEVA	SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA	22.03.2023	Neraportare incidente - încălcarea L. 95/2006 Art. 933 (1) lit e) Asigurarea mentenantei dispozitive medicale cu operator economic neavizat- încălcarea L. 95/2006 Art. 933 (1) lit d)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)
154	SSP BUCUREȘTI	EASY DENT SERV SRL	22.03.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
153	UTI ORADEA	CMI DR SIME MONICA IOANA	21.03.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMMDR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
152	UTI ORADEA	CMI DR POP ALEXANDRU VOICU	21.03.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMMDR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
151	UTI IASI	TUDOR RADULESCU C. ANDREEA ELENA CMI MEDICINA DENTARA SABINA DENT	20.03.2023	Au fost constatate neconformități și privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	
150	UTI DEVA	CLINICMED TIF SRL	20.03.2023	Ecograf fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
149	SSP BUCUREȘTI	IMPARI LINE SRL	20.03.2023	Operatorul a prezentat documente de conformitate falsificate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k) Lipsă aviz de funcționare emis de ANMMDR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea introducerii pe piață a dispozitivului medical neconform, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (10)
148	SSP BUCUREȘTI	CLINICA DENTAL EXCELLENCE SERVICII STOMATOLOGICE	20.03.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

147	SSP BUCUREȘTI	TOM-DENT SRL	20.03.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare aflate în afara termenului de valabilitate - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. b) Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind înstituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. e)
146	SSP BUCUREȘTI	NOBLESSE MEDICAL CLINIQUE	18.03.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. c)	
145	UTI TG MUREȘ	FARMACIA SOCIALA SRL	17.03.2023	Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
144	UTI TG MUREȘ	DENTATUS COMIMPEX SRL	17.03.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
143	UTI TG MUREȘ	ELAN-TRIO SRL	17.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
142	UTI DEVA	INNOVATIVE DENTAL STUDIO	17.03.2023	Sterilizator identificat în utilizare fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	

141	SSP BUCUREȘTI	SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CONSTANTA - SFÂNTUL ANDREI	17.03.2023	Au fost constatate neconformități privind asigurarea unor condiții optime de păstrare și depozitare a dispozitivelor medicale - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. i) Dispozitive medicale aflate în utilizare fără mentenanță asigurată - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d) Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMD Dispozitive medicale R - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. e) Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)
140	UTI ORADEA	BARTA ATI SRL	16.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
139	UTI IASI	JADENT ANGEL SRL	16.03.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
138	UTI DEVA	ALFAMED SRL	16.03.2023	Electrocardiograf identificat în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
137	UTI CRAIOVA	MIHAI M. ILEANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA	16.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
136	SSP BUCUREȘTI	DR. DRAGUSIN ANA CORINA	16.03.2023	Dispozitive medicale utilizate în afara perioadei de valabilitate - încălcarea L95/2006 art. 933 (1) lit. b) Sterilizator fără buletin verificare periodică încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	Interzicerea utilizării DM neconforme, potrivit L95/2006 art.935 (1) lit.e Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
135	UTI ORADEA	NICOVID SRL	15.03.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
134	UTI TG MUREȘ	MEDICAL FASHION SRL	15.03.2023	Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)

133	UTI TG MUREȘ	LUXPRIMUM SRL	15.03.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMMDR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
132	SSP BUCUREȘTI	DE. KIRILOVA DENT SRL	15.03.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
131	SSP BUCUREȘTI	CMI RADU C. HORIA-MARIUS- GABRIEL	15.03.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
130	SSP BUCUREȘTI	EVYDENT.RO-ECHIPA MEDICILOR TAI SRL	15.03.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
129	UTI ORADEA	MEEM SOFT SRL	14.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMMDR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
128	UTI IASI	EDENTA RADIOLOGIE DENTARA SRL	14.03.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități și privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. c) Au fost constatate neconformități și privind instituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g)	
127	SSP BUCUREȘTI	DENTEXPO GRUP SRL	14.03.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
126	SSP BUCUREȘTI	PRECISION MEDICAL IMPLANTS USA - CONSTANTA	14.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMMDR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
125	SSP BUCUREȘTI	HEKA HOSPITAL (DIAGNOST SRL)	14.03.2023	Au fost constatate neconformități și privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. j) Au fost constatate neconformități și privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)

124	UTI CRAIOVA	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	13.03.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMMDR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
123	UTI IASI	SEPADENT SRL	13.03.2023	Dispozitivele medicale aflate în utilizare nu au asigurată mentenanța - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d) DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	Interzicerea de la utilizare a DM neconforme potrivit Legii 95/2006 Art.935 (1) lit. h)
122	UTI CRAIOVA	LUGIA NEW SERV SRL	13.03.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMMDR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4) Lipsa trasabilitate nr. lot menționat pe eticheta dm si nr. lot menționat pe ambalajul secundar- cutie, lipsă instrucțiuni de utilizare în limba română și lipsa declarației de conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art.28 lit.k	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
121	SSP BUCUREȘTI	NECLEC SERVICES SRL	13.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMMDR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
120	UTI TIMISOARA	DENTAL CORECT SRL	10.03.2023	Rx dentar fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
119	SSP BUCUREȘTI	CMI IONESCU ANCA MARIA	10.03.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
118	SSP- BUCUREȘTI	ELEFANT ONLINE SA	09.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMMDR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)

117	SSP BUCUREȘTI	SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ BUCUREȘTI	09.03.2023	<p>Au fost constatate neconformități privind asigurarea unor condiții optime de păstrare și depozitare a dispozitivelor medicale - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. i)</p> <p>Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMD</p> <p>Dispozitive medicale R - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)</p> <p>Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)</p> <p>Au fost constatate neconformități privind instituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g)</p>	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. e)
116	SSP BUCUREȘTI	SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF. PANTELIMON	09.03.2023	<p>Dispozitive medicale aflate în utilizare fără mentenanță asigurată - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d)</p> <p>Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)</p> <p>Au fost constatate neconformități privind instituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g)</p> <p>Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)</p>	Interzicerea utilizării dispozitivelor medicale neconforme, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)
115	UTI TG MUREȘ	HENG YUAN SUPERCOM SRL	07.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
114	SSP BUCUREȘTI	HENG YUAN SUPERCOM	07.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
113	SSP- BUCUREȘTI	DR PAYMAN MEDICAL CLINIC SRL	07.03.2023	Electrocauter fără buletin de verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

112	UTI IASI	RICE DENT SRL	06.03.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
111	UTI TIMISOARA	CMI DR ISTODORESCU BOGDAN	06.03.2023	Rx dentar fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
110	UTI ORADEA	CMI DR DIMA RALUCA	03.03.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
109	UTI TG MUREȘ	DIV DOMCEZ SRL	03.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
108	SSP BUCUREȘTI	Q-EURO DENTIMEX SRL	03.03.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
107	UTI ORADEA	DENTIS LASCU SRL	02.03.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
106	UTI ORADEA	MAGIC GALAXY MARKET SRL	01.03.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
105	UTI TG MUREȘ	FELIX DENT SRL	01.03.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
104	UTI IASI	BAMBOI DENTISTRY SRL	01.03.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

103	UTI IASI	AVICENA PROFERTIS SRL	01.03.2023	Dispozitivele medicale aflate în utilizare nu au asigurată mentenanța - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d) DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. c) Au fost constatate neconformități privind instituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g)	Interzicerea de la utilizare a DM neconforme potrivit Legii 95/2006 Art.935 (1) lit. h)
102	SSP BUCUREȘTI	CMI ARISTIDE DAN-ADRIAN	01.03.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
101	SSP BUCUREȘTI	TEHNICAL DENT SRL	01.03.2023	Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 art. 28 lit j)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (10)
100	SSP BUCUREȘTI	ROM MED	01.03.2023	Dispozitive medicale aflate în utilizare fără mentenanță asigurată - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)
99	UTI CRAIOVA	OMV PETROM MARKETING SRL	28.02.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
98	UTI TG MUREȘ	SC PROFI ROM FOOD SRL	28.02.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
97	UTI TIMISOARA	SMILE CLINIC SRL	28.02.2023	Rx dentar fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
96	UTI CRAIOVA	LIDL DISCOUNT SRL	28.02.2023	Lipsă documente conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
95	SSP BUCUREȘTI	NOVOSAN SRL	28.02.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

94	SSP BUCUREȘTI	NOVASAN SRL	28.02.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
93	UTI IASI	STRATU T. ION CMI "STRAMITT DENT" MEDICINA DENTARA	27.02.2023	DM identificate în utilizare aflate în afara termenului de valabilitate - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. b) Dispozitivele medicale aflate în utilizare nu au asigurată mentenanța - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d)	Interzicerea de la utilizare a DM neconforme potrivit Legii 95/2006 Art.935 (1) lit. e) Interzicerea de la utilizare a DM neconforme potrivit Legii 95/2006 Art.935 (1) lit. h)
92	UTI CRAIOVA	DENTAMED DISTRIBUTION SRL	27.02.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1) Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k) Lipsă documente conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a) Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
91	UTI CRAIOVA	OLFARM SA	27.02.2023	Lipsă documente conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
90	SSP BUCUREȘTI	CMI BACIU MIHAIL	27.02.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
89	SSP BUCUREȘTI	H&A CANADA DENTAL SRL	27.02.2023	Unit dentar second-hand identificat în utilizare fără aviz de utilizare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 931 Dispozitiv medical (autoclav) aflat în utilizare fără mentenanță asigurată - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d) Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	Interzicerea de la utilizare a DM neconforme potrivit Legii 95/2006 Art.935 (1) lit. e)
88	SSP BUCUREȘTI	NOVA DENT ACTIV SRL	27.02.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare aflate în afara termenului de valabilitate - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. b)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. e)

87	UTI ORADEA	BEST BEUTY SMILE SRL	24.02.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
86	UTI DEVA	EUROMED APARATURA ELECTRONICA SI TEHNICA MEDICALA SRL	24.02.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
85	SSP BUCUREȘTI	ANNE-MARI DENT SRL	24.02.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare aflate în afara termenului de valabilitate - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. b) Dispozitive medicale aflate în utilizare fără mentenanță asigurată - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. e) Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)
84	UTI DEVA	NASTIMED SERV SRL	23.02.2023	Nerespectarea atribuțiilor importatorilor - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28, lit j) Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (4)	interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (10)
83	SSP BUCUREȘTI	DENTISAN DENTAL SRL	23.02.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
82	SSP BUCUREȘTI	MEDI PRO CONSULT SRL	23.02.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
81	SSP BUCUREȘTI	ALINA TONKO CMI MEDICINA DENTARA	23.02.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare aflate în afara termenului de valabilitate - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. b) Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. e)
80	UTI CRAIOVA	AL SHEFA FARM SRL	22.02.2023	Documente de conformitate prezentate în mod fals - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
79	UTI IASI	NECHIFOR V. MADELEINECMI DERMATO VENEROLOGIE	22.02.2023	Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f)	

78	UTI CRAIOVA	SUPECO INVESTMENT SRL	22.02.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4) Documente de conformitate prezentate în mod fals - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
77	SSP BUCUREȘTI	VIDADENT MD CLINIC SRL	22.02.2023	DM utilizate în afara perioadei de valabilitate - încălcarea L95/2006 art. 933 (1) lit. b) Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	Interzicerea utilizării DM neconforme potrivit L95/2006 art.935 (1) lit.e
76	SSP BUCUREȘTI	TURDA PHARM SRL	22.02.2023	Operatorul economic a încălcat prevederile stabilite de art.13 din Reg. 745/2017 privind obligațiile generale ale importatorului - încălcarea OUG 46/2021 art. 28 lit j)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (10)
75	SSP BUCUREȘTI	FANPLACE IT SRL	21.02.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
74	UTI ORADEA	JUMBO E.C.R SRL	21.02.2023	Lipsă documente de conformitate - încălcare OUG 46/2021 Art 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
73	UTI CRAIOVA	CNC DENTAL SRL	21.02.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) DM utilizate în afara perioadei de valabilitate Încălcarea L95/2006 art. 933 (1) lit. b)	Interzicerea utilizării DM neconforme potrivit L95/2006 art.935 (1) lit.e)
72	UTI ORADEA	CMI DR PRODAN ALINA- GRAȚIANA	20.02.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
71	UTI DEVA	RAPSODIA PROD COM SRL	20.02.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
70	UTI CRAIOVA	MEDSANTIF PLUS SRL	20.02.2023	Etichetare neconformă - încălcarea OUG 46/2021 Art.28 lit.k	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
69	UTI TIMISOARA	MEDICAL LOGISTIC MALL SRL	16.02.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	

68	UTI TIMISOARA	WITTENBERGE R SRL	16.02.2023	Rx dentar fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
67	UTI CRAIOVA	DR. MAX SRL	16.02.2023	Dispozitive medicale etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
66	SSP BUCUREȘTI	ZORILA DENT SRL	16.02.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
65	UTI IASI	MEDIMAGIS SRL	15.02.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
64	SSP BUCUREȘTI	CMI EL SAWAS T. ADRIANA - OSTETRICA - GINECOLOGIE	15.02.2023	Dispozitivele medicale second-hand identificate în utilizare fără aviz de utilizare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 931 Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	Interzicerea de la utilizare a DM neconforme potrivit Legii 95/2006 Art.935 (1) lit. c)
63	UTI DEVA	MAXIM SERV SRL	14.02.2023	Ecograf identificat în utilizare fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
62	UTI IASI	REMEDIA PLUS SRL	13.02.2023	DM etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
61	UTI CRAIOVA	MARKIT CHANGE SRL	13.02.2023	Documente de conformitate prezentate în mod fals - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. j) Lipsă sediu social în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (4)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (10)
60	UTI CRAIOVA	HELP NET FARMA SA	13.02.2023	Lipsă documente conformitate - încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. k)	Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
59	SSP BUCUREȘTI	BIT ONLINE SRL	13.02.2023	Lipsă producător în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
58	SSP BUCUREȘTI	STOMACRIS SRL	13.02.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

57	UTI ORADEA	OSWALD IOAN GEORGE PFA	10.02.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
56	UTI IASI	LUPES M. MARIA CRISTINA CMI MEDICINA DENTARA, ORTODONTIE SI ORTOPEDIE DENTOFACIALA	10.02.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
55	SSP- BUCUREȘTI	OCULARCARE SRL	10.02.2023	Sterilizator fără buletin de verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
54	SSP BUCUREȘTI	PROTECT DENT SRL	10.02.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
53	UTI ORADEA	REWE ROMÂNIA SRL	09.02.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
52	UTI CRAIOVA	BATAIOSU CARDIOLOGIE SRL	09.02.2023	DM utilizate în afara perioadei de valabilitate - încălcarea L95/2006 art. 933 (1) lit. b) Ecograf fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	Interzicerea utilizării DM neconforme potrivit L95/2006 art.935 (1) lit.e
51	UTI CRAIOVA	ALTEX ROMANIA SRL	09.02.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
50	SSP BUCUREȘTI	ZHUANG NEW SHOP SRLGALATI	09.02.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
49	SSP BUCUREȘTI	ICLINIQUE SRL	09.02.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
48	UTI ORADEA	ARTIMA SRL	08.02.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
47	SSP BUCUREȘTI	ALFA MED CLINIC SRLGALATI	08.02.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
46	SSP BUCUREȘTI	DG DENTAL SPECIALIST SRL	08.02.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

45	SSP- BUCUREȘTI	ASTRA GENERAL MED	08.02.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
44	UTI ORADEA	DEXION SRL	07.02.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
43	UTI TIMISOARA	RADIOLOGIA CBCT SRL	07.02.2023	Rx dentar fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
42	UTI CRAIOVA	MED TEHNICA SRL	07.02.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
41	SSP BUCUREȘTI	HONG WU CONCEPT TRADING SRLGALATI	07.02.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
40	UTI CRAIOVA	PROFI ROM FOOD SRL	06.02.2023	Lipsă producători din avizul de funcționare emis de ANMDMR- încălcarea L95/2006 art. 927 (4)	
39	UTI ORADEA	CMI DR INDRIEȘ ANCA	06.02.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
38	SSP- BUCUREȘTI	DENTAL DIAMONDS STUDIO SRL	06.02.2023	Sterilizator fără buletin de verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
37	UTI ORADEA	MEGA IMAGE SRL	03.02.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
36	SSP BUCUREȘTI	ELITE DENT CMG	03.02.2023	Dispozitive medicale aflate în utilizare fără mentenanță asigurată - încălcarea Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. f) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. j)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h) Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)
35	UTI ORADEA	BANOL COM SRL	02.02.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)

34	UTI DEVA	FIRIN PRO DENT SRL	02.02.2023	Sterilizator identificat în utilizare fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
33	UTI CRAIOVA	SOCAR PETROLEUM SA	02.02.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMMDMR - Încălcarea L95/2006 art. 927 (1) Lipsă instrucțiuni de utilizare în limba română, iar dm ce se regăsesc în trusă nu au denumirea menționată în limba română - Încălcarea OUG 46/2021 Art. 28 lit. K	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare conform L95/2006 Art. 935 (1) lit. a) Retragerea de pe piață și interzicerea distribuției DM neconforme potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
32	UTI CRAIOVA	EXIA TRADING SRL	02.02.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMMDMR -încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
31	SSP BUCUREȘTI	FRONT MED SOLUTIONS SRL	02.02.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare conform L95/2006 Art. 935 (1) lit. a
30	SSP BUCUREȘTI	DENTAL PROFILE 2000 SRL	02.02.2023	Dispozitive medicale identificate în utilizare fără buletine verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
29	UTI DEVA	ROUMASPORT SRL	01.02.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
28	UTI IASI	VIVADENT SRL	01.02.2023	DM identificate în utilizare aflate în afara termenului de valabilitate - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. b)	Interzicerea de la utilizare a DM neconforme potrivit Legii 95/2006 Art.935 (1) lit. e)
27	UTI TG MUREȘ	SC ARTIMA SA	31.01.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
26	UTI TG MUREȘ	WINKLEMED SRL	31.01.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMMDMR -încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
25	SSP BUCUREȘTI	DENTAL PROTECT	31.01.2023	Dispozitivele medicale aflate în utilizare nu aveau mentenanța asigurată conform legislației în vigoare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d)	Interzicerea utilizării dispozitivului medical neconform, potrivit L95/2006 Art. 935 (1) lit. h)
24	UTI DEVA	CENTRUL DE IMPLANTOLOGIE TRANSILVANIA SRL	30.01.2023	Sterilizator identificat în utilizare fără buletin verificare periodică-încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	

23	UTI IASI	BURCUTA ANCA MIHAELA SRL	27.01.2023	DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
22	UTI TIMISOARA	METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL	27.01.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
21	UTI TG MUREȘ	LUKOIL ROMANIA SRL	26.01.2023	Dispozitive medicale in vitro etichetate neconform - încălcarea OUG 137/2022 Art. 17 lit. j)	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme potrivit OUG 137/2022 Art. 18 (9)
20	UTI TG MUREȘ	ECHINO SRL	26.01.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)
19	UTI CRAIOVA	DM DROGERIE MARKT SRL	26.01.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
18	SSP- BUCUREȘTI	CLINICA ELITE SRL	25.01.2023	Ecograf fără buletin de verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
17	SSP- BUCUREȘTI	CLINICA LUNA SRL	25.01.2023	Ecograf și sterilizator fără buletin de verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
16	UTI IASI	ARHIMED RADIOLOGY SRL	19.01.2023	DM aflate în utilizare nu au asigurată mentenanța - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d) DM identificate în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	Interzicerea de la utilizare a DM neconforme potrivit Legii 95/2006 Art.935 (1) lit. h)
15	SSP BUCUREȘTI	ILLUMA AESTHETIC CLINIQUE SRL	19.01.2023	Dispozitivele medicale aflate în utilizare nu au asigurată mentenanța - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d)	Interzicerea utilizării DM neconforme, potrivit L 95/2006 art.935 (1) lit. h)
14	UTI IASI	THYMUS SRL	18.01.2023	DM etichetate neconform - încălcarea OUG 46/2021 art. 28 lit k	Retragerea de pe piață a dispozitivelor medicale neconforme, potrivit OUG 46/2021 Art. 29 (11)
13	BUCUREȘTI	ECOVITAL KOSMETIK SRL	18.01.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)

12	SSP BUCUREȘTI	ARIADENT SRL	17.01.2023	Dispozitivele medicale aflate în utilizare nu au asigurată mentenanța - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d) DM utilizate în afara perioadei de valabilitate - încălcarea L95/2006 art. 933 (1) lit. b) Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	Interzicerea utilizării DM neconforme, potrivit L 95/2006 art.935 (1) lit. h) Interzicerea utilizării DM neconforme potrivit L95/2006 art.935 (1) lit.e
11	UTI DEVA	TERRA ASTER SRL	16.01.2023	Ecograf identificat în utilizare fără buletin verificare periodică- încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit.h)	
10	UTI TIMISOARA	MOTIVATION SRL	16.01.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
9	SSP- BUCUREȘTI	STEFAN OPHTALMIC BUSINESS SRL SRL	16.01.2023	Lipsă producători în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
8	UTI IASI	NOFAL J. HAYTHAM CABINET MEDICAL INDIVIDUAL MEDICINA DENTARA CHIRURGIE ORO DENTARA	13.01.2023	DM identificate în utilizare aflate în afara termenului de valabilitate - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. b) Sterilizator cu abur identificat în utilizare fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	Interzicerea de la utilizare a DM neconforme potrivit Legii 95/2006 Art.935 (1) lit. e)
7	SSP BUCUREȘTI	DERMASTYLE SRL	13.01.2023	Dispozitivele medicale aflate în utilizare nu au asigurată mentenanța - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. d) Sterilizator fără buletin de verificare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 art. 933 (1) lit.h)	- Interzicerea utilizării DM neconforme, potrivit L 95/2006 art.935 (1) lit. h)
6	SSP BUCUREȘTI	TRUE STOMARTISTS SRL	13.01.2023	DM identificate în utilizare aflate în afara termenului de valabilitate - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. b)	Interzicerea de la utilizare a DM neconforme potrivit Legii 95/2006 Art.935 (1) lit. e)
5	UTI TG MUREȘ	OMV PETROM MARKETING SRL	12.01.2023	Lipsă producător(i) în avizul de funcționare emis de ANMDMR -încălcarea L95/2006 Art 927 (4)	
4	UTI TG MUREȘ	GEMINI DENT SRL	12.01.2023	Sterilizator cu aburi identificat în utilizare fără buletin de verificare periodică emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	

3	SSP BUCUREȘTI	VIVADENT IMPEX SRL	12.01.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h)	
2	SSP BUCUREȘTI	PODOLINE MED SRL	10.01.2023	Sterilizator fără buletin verificare periodică încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. h) Au fost constatate neconformități privind îndeplinirea obligațiilor stabilite de L95/2006 Art.933 (1) lit. c) Au fost constatate neconformități privind instituirea unui registru al dispozitivelor medicale aflate în utilizare - încălcarea L95/2006 Art. 933 (1) lit. g)	
1	SSP BUCUREȘTI	PODOLINE SRL	10.01.2023	Lipsă aviz de funcționare emis de ANMDMR - încălcarea L95/2006 Art. 927 (1)	Interzicerea desfășurării activității până la obținerea avizului de funcționare, potrivit L95/2006 Art.935 (1) lit. a)